



WSZ-EP-37/...../2015

Konin, dnia 14.09.2015r.

Wg rozdzielnika

### Wyjaśnienia do SIWZ

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-37/2015)**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), uprzejmie wyjaśniamy:

#### **Dotyczy Pakietu 3**

1. Prosimy Zamawiającego o zgodę na zaferowanie, obok obecnego opisu przedmiotu zamówienia, również następującego asortymentu:

- **W pozycji 1** – Jednorazowe nożyczki do operacji laparoskopowych, zakrzywione o dł. 16 mm (Metzenbauma), z możliwością podłączenia do monopolarnej koagulacji, o średnicy trzonu 5mm, długości trzonu ok 31cm,  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**
- **W pozycji 2** – Jednorazowe narzędzie typu „grasper”, o średnicy trzonu 5mm, długości trzonu ok. 31cm, z możliwością rotacji o 360°, z systemem blokowania pozycji chwytaka (z możliwością wyłączenia systemu),  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**
- **W pozycji 3** – Jednorazowy woreczek ekstrakcyjny, wykonany z wytrzymałego poliuretanu, z prowadnicą pasującą do trokara 10mm, o wymiarach 7,62cm x 15,24cm (rozmiar standardowy do małych preparatów),  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**
- **W pozycji 4** – Samorozprężalny worek do ewakuacji preparatu w zabiegach laparoskopowych, jednorazowego użytku, sterylny, wykonany z odpornego na zerwanie poliuretanu, z trzonem o średnicy 10mm i długości trzonu 29,5cm, z metalową samorozprężalną obręczą i nitką pozwalającą na zaciśnięcie worka z preparatem w środku, worek o wymiarach ok. 6,6x15,24cm i pojemności ok. 190ml. Opakowanie typu plastikowa forma + Tyvec,  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**
- **W pozycji 5** – Jednorazowy zestaw składający się z trokara o średnicy 5mm z dodatkową kaniulą 5mm, długości kaniuli ok. 100mm, przezroczysta kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach (specjalne karbowanie), trokar bezostrzowy, optyczny, z plastikową przezroczystą atraumatyczną końcówką rozdzielającą tkanki, posiadający zawór bez filtra gazów insuflacyjno-desuflacyjny,  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**
- **W pozycji 6** – Jednorazowy trokar o średnicy 11mm, długości kaniuli ok. 100mm, przezroczysta kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach (specjalne karbowanie), trokar bezostrzowy, optyczny, z plastikową przezroczystą atraumatyczną końcówką rozdzielającą tkanki, automatyczna uszczelka w zakresie 5-11mm, posiadający 3-stopniowy zawór bez filtra gazów umożliwiający insuflację, zatrzymanie przepływu gazu oraz desuflację bez odłączania wężyka z CO<sub>2</sub>,  
**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

- **W pozycji 7** – Jednorazowy trokar o średnicy 12mm, długości kaniuli ok. 100mm, przezroczysta kaniula ze zintegrowanym systemem zakotwiczenia w powłokach (specjalne karbowanie), trokar bezostrzowy, optyczny, z plastikową przezroczystą atraumatyczną końcówką rozdzielającą tkanki, automatyczna uszczelka w zakresie 5-12mm, posiadający 3-stopniowy zawór bez filtra gazów umożliwiający insuflację, zatrzymanie przepływu gazu oraz desuflację bez odłączania wężyka z CO<sub>2</sub>.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego  
w Koninie  
*Łukasz Dolata*