

WSZ-EP-77/16/.....<sup>188</sup>...../2017

Konin, ....2.7.STY...2017.

**Wg rozdzielnika**

**Wyjaśnienia do SIWZ**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 209 000 euro na dostawę jednorazowej bielizny operacyjnej, akcesoriów sterylnych i wyrobów higienicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-77/2016)**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

**Pytanie 1**

**Zadanie 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu w następującym składzie:

1 samoprzylepna serweta operacyjna dwuwarstwowa 140x240cm wykończona taśmą lepną w środkowej części serwety

2 samoprzylepne serwety operacyjne dwuwarstwowe 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna dwuwarstwowa 175 cm x 170 cm wykończona taśmą lepną w środkowej części serwety

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm ze wzmocnieniem włókninowym (warstwa chłonna- 75 x 90 cm, łączna gramatura 65 g/m<sup>2</sup>)

2 ręczniki 30 cm x 20 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (warstwa chłonna- 75 x 190 cm, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 76 g/m<sup>2</sup>)

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (folii polietylenowej i hydrofilowej włókniny polipropylenowej). Materiał spełnia wymagania PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 2**

**Zadanie 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaferowanie zestawu w następującym składzie:

1 serweta na stolik instrumentariuszki 150 cm x 190 cm (warstwa chłonna- 75 x 190 cm, gramatura materiału w obszarze wzmocnionym 76 g/m<sup>2</sup>)

1 serweta na stolik Mayo 80 cm x 145 cm ze wzmocnieniem włókninowym (warstwa chłonna- 75 x 90 cm, łączna gramatura 65 g/m<sup>2</sup>)

1 samoprzylepna serweta operacyjna dwuwarstwowa 140x240cm wykończona taśmą lepną w środkowej części serwety

2 samoprzylepne serwety operacyjne dwuwarstwowe 75 cm x 90 cm

1 samoprzylepna serweta operacyjna dwuwarstwowa 175 cm x 170 cm wykończona taśmą lepną w środkowej części serwety

2 ręczniki 30 cm x 20 cm

1 taśma samoprzylepna 9 cm x 25 cm

Obłożenie pacjenta wykonane z laminatu 2-warstwowego (folii polietylenowej i hydrofilowej włókniny polipropylenowej. Materiał spełnia wymagania PN EN 13795 dla obłożeń chirurgicznych.  
**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 3**

**Zadanie 4 pkt. 1**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, w kolorze zielonym ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska przy opisie parametru „wytrzymanie na rozrywanie”, gdyż zgodnie z normą 13759 „wytrzymałość na rozciąganie” mierzona jest w N?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 4**

**Zadanie 4 pkt. 2**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>, w kolorze zielonym ? Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska przy opisie parametru „wytrzymanie na rozrywanie”, gdyż zgodnie z normą 13759 „wytrzymałość na rozciąganie” mierzona jest w N?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 5**

**Zadanie 4 pkt. 3**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny typu spunlace o gramaturze 68 g/m<sup>2</sup> i właściwościach hydrofobowych? Wzmocnienie frontu o gramaturze 42 g/m<sup>2</sup> i wzmocnienie rękawa o gramaturze 40,2 g/m<sup>2</sup> wykonane z folii polietylenowej i włókniny polipropylenowej. Pozostałe parametry zgodnie z SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 6**

**Zadanie 4 pkt. 4**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha chirurgicznego wykonanego z włókniny SMMS o gramaturze 35 g/m<sup>2</sup>? Fartuch posiada nieprzemakalne wzmocnienia w części przedniej i na rękawach wykonane z laminatu dwuwarstwowego (włóknina polipropylenowa i folia polietylenowa).

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Czy nie nastąpiła omyłka pisarska przy opisie parametru „wytrzymanie na rozrywanie”, gdyż zgodnie z normą 13759 „wytrzymałość na rozciąganie” mierzona jest w N?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 7**

**Zadanie 4 pkt. 5**

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie fartucha urologicznego wykonanego z następujących materiałów:

- górna część fartucha (powyżej piersi) – bawełnopodobna, hydrofobowa, paroprzepuszczalna włóknina spunlace o gramaturze 68 g/m<sup>2</sup>
- rękawy – nieprzemakalny, chłonny laminat dwuwarstwowy od wewnątrz oraz folia PE na zewnątrz
- pozostałe części fartucha, wykonane z nieprzemakalnej folii PE

Fartuch w przedniej części posiada kontrafałdy materiału ułatwiające pracę użytkownika w pozycji siedzącej. Fartuch dostępny w rozmiarze 150cm. Fartuch dodatkowo zabezpieczony (owinięty) w papier krepowy, pakowany razem z ręcznikiem do wycierania rąk – 1 szt. Na zewnętrznym opakowaniu dwie etykiety samoprzylepne dla potrzeb dokumentacji zawierające nr katalogowy, LOT, datę ważności oraz dane producenta.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający informuje, że nie ma pozycji 5 w pakiecie nr 4.**

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomicznych i Finansowych  
*Dorota Kotecka*