

WSZ-NZ-9/..210.../2015

Konin, dnia ..... 11 MAR. 2015

Wg rozdzielnika

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę systemu do przedniej i tylnej reparacji przepony moczowo-płciowej oraz jednorazowego zestawu do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie (nr sprawy: WSZ-NZ-9/2015)**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), uprzejmie wyjaśniamy:

**Pakiet 1.**

Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie, co oznacza prowadnica ze stali nierdzewnej o kształcie heliakalnym wraz z przewodnikiem w kształcie motylka do zakładania inside-out. Czy Zamawiający miał tutaj na myśli przewodnik przedstawiony na poniższej fotografii ?



**Odpowiedź: Zamawiający wymaga prowadnicy o kształcie heliakalnym inaczej spiralnym lub ślimakowatym. Motylek jest dodatkowym elementem systemu ułatwiającym zakładanie przewodnic kształtu spiralnego.**

**Pakiet 2.**

Czy Zamawiający dopuści system do przedniej reoperacji przepony moczowo płciowej, składającej się z: siatki o podanych parametrach, czteroramiennej, grubość 0,34 mm, gramatura 45 g/m<sup>2</sup>, o porowatości do 1950 μm, ale z narzędziami wielorazowego użytku, ze stali nierdzewnej, do zakładania siatki metodą przezasłonową techniką „out-in”- Igła typu Emeta ?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pakiet 3.**

Czy Zamawiający dopuści system do tylnej reoperacji przepony moczowo płciowej, składającej się z: siatki o podanych parametrach, dwuramiennej, grubość 0,34 mm, gramatura 45 g/m<sup>2</sup>, o porowatości do 1950 μm, ale z narzędziami wielorazowego użytku, ze stali nierdzewnej, do zakładania siatki przez pośladki?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Z poważaniem**

**DYREKTOR**  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego  
w Koninie

*Łukasz Dolata*