

WSZ-NZ-9/...211.../2015

Konin, dnia 11 MAR. 2015

Wg rozdzielnika

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę systemu do przedniej i tylnej reparacji przepony moczowo-płciowej oraz jednorazowego zestawu do operacyjnego leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie (nr sprawy: WSZ-NZ-9/2015)**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), uprzejmie wyjaśniamy:

**Pytanie nr 1 do pakietu nr 2**

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach ?:

System do naprawy zaburzeń statyki narządów miednicy , jednocześnie do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu (WNM) współistniejącego z cystocеле. Jest to system jednorazowy składający się z polipropylenowej, monofilamentowej, niewchłaniającej siatki o fabrycznie przygotowanym wykroju .Brzeży taśm i siatki są zgrzewane laserowo. Siatka ma cztery punkty mocowania: dwa przedłonowe ramiona stabilizujące oraz dwa ramiona przezzasłonowe. W części centralnej siatki znajdują się 6 mm otwory . w ilości 16-u .System 3 jednorazowych igieł , charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i dwu płaszczyznowym wygięciem igieł Igiła przedłonowa o średnicy 3,5 mm oraz 2 półkoliste igły o średnicy 3,25 mm oraz 4 mm Implantacja następuje z dostępu załonowego oraz przez otwory zasłonięte.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuści produkt o w/w właściwościach, pod warunkiem że można ten system użyć przy izolowanym uchyłku pęcherza lub uszkodzeniu przepony moczowo – płciowej.**

**Pytanie nr 2 do pakietu nr 1**

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach ?:

System do operacyjnego leczenia nietrzymania moczu u kobiet ( TOT system),*Parametry:*

1. system jednorazowy
2. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłaniająca taśma o szerokości 1,3 cm, gramaturze 40 g/m<sup>2</sup>. Wielkość porów 0,5 mm
3. Laserowo zgrzewane brzeży taśmy .
4. System 2 jednorazowych igieł , charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i dwu płaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3,25 mm i 4 mm z tzw. pamięcią powrotną.
5. Nietraumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy.
5. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonięte, out-in oraz in -out

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 3 do pakietu nr 3**

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących właściwościach ?:

System do naprawy zaburzeń statyki narządów miednicy - naprawa rectocele i sklepienia pochwy. Jest to system jednorazowy o uniwersalnym kształcie siatki ,fabrycznie przygotowany wykrój, brzegi taśm i siatki zgrzewane są laserowo

Siatka posiada 2 punkty mocowania: dwa przedłonowe ramiona stabilizujące oraz 6-0 mm makrootwory , w ilości 15-u , w części centralnej siatki. Siatka jest polipropylenowa, monofilamentowa, niewchłaniająca.

System posiada również 2 jednorazowe igły, charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i dwu płaszczyznowym wygięciem o średnicy 3,25 mm oraz 4 mm .

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

**Z poważaniem**

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego  
w Koninie

*Dariusz Dolata*