

WSZ-EP-53/965/2016

Konin, 30.09.2016 r.

Wg rozdzielnika

### Wyjaśnienia do SIWZ

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę łóżek szpitalnych dla potrzeb Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie.  
(nr sprawy: WSZ-EP-53/2016)**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko tylko z krążkami odbojowymi , które sa najbardziej wysuniętymi elementami chroniącymi łóżko i ściany przed otarciami?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

2. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami o wysokości 390mm montowane do ramy łóżka?

**Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją załącznika nr 3 pozycja 18 , która otrzymuje brzmienie:**

**„Lakierowane barierki boczne o wysokości- 400 mm (+/-5%) montowane do ramy łóżka. Barierki z zabezpieczeniem przed ich przypadkowym opuszczeniem poprzez zwolnienie blokady barierek po naciśnięciu dwóch przycisków. Barierki mocowane za pomocą mechanizmu zaciskowego tj. bez śrub, pokręteł itp. z możliwością umocowania w minimum dwóch pozycjach na ramie łóżka.”**

**Zamawiający zmodyfikowany zapis umieści na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).**

3. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami z zabezpieczeniem przed ich przypadkowym opuszczeniem poprzez zwolnienie blokady i złożenie barierki?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**


4. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami mocowanymi do ramy za pomocą śrub bez możliwości demontażu bez użycia narzędzi co w przypadku Oddziału Leczenia Uzależnień wydają się być wskazane?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

5. Czy Zamawiający dopuści łóżko z barierkami mocowanymi do ramy za pomocą pokręteł?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych

  
Dorota Kotecka