

WSZ-EP-53/366/2016

Konin, 30.03.2016r.

Wg rozdzielnika

### Wyjaśnienia do SIWZ

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę łóżek szpitalnych dla potrzeb Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Koninie.  
(nr sprawy: WSZ-EP-53/2016)**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Łóżko szpitalne z wyposażeniem – 35 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści łóżko wyposażone w barierki boczne o wysokości 470 mm montowane do ramy łóżka, z zabezpieczeniem przed ich przypadkowym opuszczeniem poprzez zwolnienie blokady barierki po uruchomieniu jednej dźwigni, mocowanymi za pomocą mechanizmu zaciskowego, z możliwością umocowania w dwóch pozycjach na ramie łóżka?

**Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją załącznika nr 3 pozycja 18 , która otrzymuje brzmienie:**

**„Lakierowane barierki boczne o wysokości 400 mm (+/-5%) montowane do ramy łóżka. Barierki z zabezpieczeniem przed ich przypadkowym opuszczeniem poprzez zwolnienie blokady barierki po naciśnięciu dwóch przycisków. Barierki mocowane za pomocą mechanizmu zaciskowego tj. bez śrub, pokręteł itp. z możliwością umocowania w minimum dwóch pozycjach na ramie łóżka.”**

**Zamawiający zmodyfikowany zapis umieści na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).**

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
*D. Kotecka*  
Dorota Kotecka