

WSZ-EP-53/968/2016

Konin, 30.09.2016 r.

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę łóżek szpitalnych dla potrzeb Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie.
(nr sprawy: WSZ-EP-53/2016)**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Pytania do opisu przedmiotu zamówienia

Zał. nr 3

łóżka szpitalne wraz z wyposażeniem – 35 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające długość całkowitą wynoszącą 2180 mm?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
2. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające leże o szerokości 850 mm? Oferowany wymiar w niewielkim stopniu odbiega od wymaganego w SIWZ.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
3. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne posiadające listwy odbojowe umieszczone na jednym ze szczebli poręczy bocznej, na całej jej długości? Jest to rozwiązanie, które w połączeniu z krążkami odbojowymi w pełni chroni łóżko i ściany przed uderzeniami.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
4. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w szczyty pewnie posadowione w tulejach ramy leża, nie wymagające stosowania dodatkowych zabezpieczeń przed przypadkowym wysunięciem. Oferowane rozwiązanie daje możliwość szybkiego wyjęcia szczytów w celu uzyskania dostępu do pacjenta w nagłych przypadkach.
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.
5. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne z segmentami leża wypełnionymi mocowaną na stałe siatką stalową wykonaną z pręta o średnicy 4 mm oraz o wymiarach oczek 5 x 5 cm, dając możliwość obciążenia łóżka do dopuszczalnych 230 kg?
Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

6. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w lakierowane barierki boczne o wysokości całkowitej 500 mm, wystające ponad leże o 370 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją załącznika nr 3 pozycja 18 , która otrzymuje brzmienie:

„Lakierowane barierki boczne o wysokości 400 mm (+/-5%) montowane do ramy łóżka. Barierki z zabezpieczeniem przed ich przypadkowym opuszczeniem poprzez zwolnienie blokady barierki po naciśnięciu dwóch przycisków. Barierki mocowane za pomocą mechanizmu zaciskowego tj. bez śrub, pokręteł itp. z możliwością umocowania w minimum dwóch pozycjach na ramie łóżka.” Zamawiający zmodyfikowany zapis umieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

7. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w lakierowane barierki boczne z zabezpieczeniem przed ich przypadkowym opuszczeniem wymagającym zwolnienia jednej blokady (odciążenia elementu blokującego) oraz złożenie barierki wzdłuż ramy leża?


Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

8. Czy Zamawiający dopuści do zaoferowania łóżko szpitalne wyposażone w lakierowane barierki boczne mocowane do ramy leża za pomocą automatycznego mechanizmu zatraskowego, bez śrub, pokręteł itp. Z możliwością umocowania w dwóch pozycjach na ramie łóżka: poręcz podniesione – zabezpieczające pacjenta oraz poręcz opuszczone (złożone wzdłuż ramy leża) umożliwiające wyjście pacjentowi z łóżka?

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją załącznika nr 3 pozycja 18 , która otrzymuje brzmienie:

„Lakierowane barierki boczne o wysokości 400 mm (+/-5%) montowane do ramy łóżka. Barierki z zabezpieczeniem przed ich przypadkowym opuszczeniem poprzez zwolnienie blokady barierki po naciśnięciu dwóch przycisków. Barierki mocowane za pomocą mechanizmu zaciskowego tj. bez śrub, pokręteł itp. z możliwością umocowania w minimum dwóch pozycjach na ramie łóżka.” Zamawiający zmodyfikowany zapis umieści na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych


Dorota Kotecka