



WSZ-EP-31/474/2016

Konin, 01-06-2016

MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na zakup ambulansu drogowego typu C w systemie ratalnym na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-31/2016)

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) informuję, że modyfikacji ulegają następujące zapisy SIWZ 31/2016:

I. Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SIWZ 31/2016 – Zestawienie wymaganych parametrów technicznych w następującym zakresie:

- W pozycji Przedmiot zamówienia Zamawiający dopisuje normę PN-EN 1789+A1:2011 i w związku z powyższym pozycja ta otrzymuje brzmienie:

„ Ambulans drogowy typu C zgodny z normą PN-EN 1789+A2:2015-01 lub PN-EN 1789+A1:2011 – 1 szt.”

-W punkcie 11 Załącznika nr 2 do SIWZ 31/2016 wykreśla zapis:

„Jonizacja - system uzdatniania powietrza (usuwający bakterie, wirusy, zarazki, alergeny, pleśń oraz grzyby)”

- Zmianie ulegają zapisy Punktu 13 Załącznika nr 2 do SIWZ 31/2016, który otrzymuje następujące brzmienie:

13.	Krzesiśko transportowe (kardiologiczne)
	Wykonane z materiałów pozwalających na łatwe czyszczenie i dezynfekcję
	System pasów bezpieczeñstwa
	Teleskopowo wysuwane przednie uchwyty transportowe
	Min. obciężenie 150 kg

Pozostałe zapisy Załącznika nr 2 do SIWZ 31/2016 bez zmian.

II. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ 31/2016 w zakresie § 3 Opis przedmiotu zamówienia, który otrzymuje następujące brzmienie:

1.1 Przedmiotem zamówienia jest zakup ambulansu drogowego typu C z płatnością w systemie ratalnym spłacanym przez Zamawiającego w 12 ratach miesięcznych na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie o parametrach technicznych zgodnych z wymaganiami opisanymi w **Załączniku nr 2** do SIWZ wraz z wykonaniem i montażem uchwytów przystosowanych do zamontowania sprzętu medycznego wskazanego przez Zamawiającego, tj.

- defibrylator PHILIPS HEARTSTART XL (masa ok. 6 kg, długość 346 mm, szerokość 376 mm, wysokość 190mm, wartość zakupu 32.100,00 zł brutto),
- monitor PHILIPS MP5 (waga ok. 4 kg, wartość zakupu 10.950,00 zł brutto),
- respirator PARAPAC 200D (waga ok. 3 kg, wartość zakupu 28.214,00 zł brutto).

W celu identyfikacji w/w sprzętu Zamawiający załącza zdjęcia sprzętu - **Załącznik nr 5 do SIWZ**. Zaleca się wizję lokalną sprzętu w siedzibie Zamawiającego. W przypadku, gdy wykonanie uchwytów wymagać będzie fizycznego zabrania sprzętu przez Wykonawcę, dopuszcza się odbiór sprzętu przez Wykonawcę z siedziby Zamawiającego przy ul. Szpitalnej 45 w Koninie, w dniach roboczych, w godzinach od 8:00-15:00. O konieczności powyższego Wykonawca powiadomi Zamawiającego, po podpisaniu umowy, z jednodniowym wyprzedzeniem. Przekazanie sprzętu nastąpi po podpisaniu Protokołu zdawczo-odbiorczego.

1.2. Wymagania w zakresie przedmiotu zamówienia.

1.2.1. Zamawiający wymaga zaoferowania fabrycznie nowego, wyprodukowanego nie wcześniej niż w roku 2016 ambulansu drogowego typu C z zabudową części medycznej spełniającego wymogi polskiej normy PN-EN 1789+A2:2015-01 **lub PN-EN 1789+A1:2011**.

1.2.2. Oferowany ambulans musi posiadać fabrycznie nowe wyposażenie, wolne od wad, objęte gwarancją producenta pojazdu, spełniające wymagania ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz. U. 2012 poz. 1137 ze zm.), rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (tj. Dz.U. 2013 poz. 951), obowiązujących norm PN-EN 1789+A2:2015-01 **lub PN-EN 1789+A1:2011** dla środka transportu drogowego typu C oraz PN-EN 1865 (wymagania dotyczące noszy i innego sprzętu medycznego do przemieszczania pacjenta stosowanego w ambulansach drogowych).

1.2.3. Minimalne wymagania dotyczące samochodu bazowego, przedziału medycznego oraz sprzętu medycznego zawiera **Załącznik nr 2** do SIWZ stanowiący opis wymaganych parametrów technicznych i użytkowych przedmiotu zamówienia.

1.2.4. Oferowany ambulans musi posiadać świadectwo homologacji pojazdu skompletowanego (samochód bazowy wraz z zabudową medyczną), wydane zgodnie z Rozporządzeniem

Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie homologacji typu pojazdów samochodowych i przyczep oraz ich przedmiotów wyposażenia lub części (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 407), Podsumowanie Badań oraz Certyfikat Zgodności zgodnie z PN-EN 1789+A2:2015-01 **lub PN-EN 1789+A1:2011**. Homologacja oferowanego ambulansu musi umożliwiać rejestrację w Polsce.

- 1.2.5. Sprzęt medyczny musi być zgodny z ustawą o wyrobach medycznych z dnia 20.05.2010 r. (Dz. U. z 2010 r., nr. 107, poz. 679 ze zm.)
- 1.2.6. Zaoferowane wyposażenie i sprzęt medyczny muszą posiadać dokumenty dopuszczające do obrotu i używania w Polsce oraz spełniać wymagania określone przepisami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (tj. Dz. U z 2010 r. , nr 107, poz. 679 ze zm.)
- 1.2.7. Dostarczony ambulans oraz sprzęt medyczny powinien być nowy i nieużywany, bez defektów, błędów konstrukcyjnych, wykonawczych i innych wad technicznych, które mogłyby się ujawnić podczas jego użytkowania.
- 1.2.8. Wykonawca zapewni dla oferowanego ambulansu pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny zabudowy medycznej i wyposażenia medycznego oraz pełny serwis gwarancyjny pojazdu bazowego w Autoryzowanej Stacji Obsługi. Co najmniej jeden autoryzowany punkt serwisowy w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego. Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny przez okres 12 miesięcy.
- 1.2.9. Wymagane są następujące minimalne okresy gwarancji liczone od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo – odbiorczego:
 - 1) mechaniczna na pojazd bazowy – min. 24 miesiące bez limitów kilometrów,
 - 2) powłoka lakiernicza – min. 36 miesięcy,
 - 3) perforacja korozyjna elementów nadwozia – min. 120 miesięcy
 - 4) na zabudowę przedziału medycznego – **min 24 miesiące**.
- 1.2.10. Zabezpieczeniem umowy jest **weksel In blanco wraz z deklaracją wekslową, które stanowią Załącznik nr 7 do SIWZ.**
- 1.2.11. **Weksel wraz z deklaracją wekslową zostaną przekazane przy podpisaniu umowy.**

III. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ 31/2016 w zakresie § 6 Termin wykonania zamówienia, który otrzymuje następujące brzmienie:

Wymagany termin realizacji zamówienia: **do 120 dni od dnia podpisania umowy.**

IV. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ 31/2016 w zakresie § 17 Opis sposobu przygotowania oferty, pkt. 5, który otrzymuje brzmienie:

5. Wymaga się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45 i oznakowana następująco:

„Oferta w przetargu nieograniczonym poniżej 209 000 euro na zakup ambulansu drogowego typu C w systemie ratalnym na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, nr sprawy WSZ-EP-31/2016. Nie otwierać przed 09.06.2016r., godz. 11:00”,

Pozostałe zapisy SIWZ 31/2016 w zakresie § 17 bez zmian.

V. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ 31/2016 w zakresie § 18 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, pkt. 1 i 3, które otrzymują brzmienie:

1. Termin składania ofert: nie później niż do dnia 09.06.2016r. do godz. 10:00.

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.06.2016r. o godz. 11:00 w świetlicy WSZ w Koninie, ul. Szpitalna 45 (pokój nr 3/8).

Pozostałe zapisy SIWZ 31/2016 w zakresie § 18 bez zmian.

VI. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ 31/2016 w zakresie § 21 Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert, który otrzymuje brzmienie:

1. Kryteria oceny ofert i ich wagi

A. Cena - waga kryterium 90%

B. Termin dostawy – waga kryterium 10%

Ad. A.

Ocena ofert w kryterium cena nastąpi według następującego wzoru:

$$C = [(CN : CB) \times 100 \text{ pkt}] \times 90\%$$

gdzie:

C – cena

CN – cena najniższa

CB – cena badanej oferty

Oferta może uzyskać w zakresie kryterium ceny max. ilość 90 punktów

Ad. B.

Ocena ofert w kryterium termin dostawy nastąpi według następującego wzoru:

$$TD = [(TDN : TDB) \times 100 \text{ pkt}] \times 10\%$$

gdzie:

TD – termin dostawy

TDN – najkrótszy termin dostawy

TDB – termin dostawy oferty badanej

Maksymalny termin dostawy wynosi 120 dni od dnia podpisania umowy

Zamawiający wymaga, aby termin dostawy był podany w dniach.

Oferta może uzyskać w zakresie kryterium termin dostawy maksymalną ilość 10 punktów.

Wyboru najkorzystniejszej oferty Zamawiający dokona na podstawie zsumowania ilości punktów z kryterium z punktu A oraz kryterium z punktu B.
Zamawiający jako najkorzystniejszą wybierze ofertę, która spełni wymagania SIWZ i uzyska w sumie z obu kryteriów największą ilość punktów.

Pozostałe zapisy SIWZ 31/2016 w zakresie § 21 bez zmian.

VII. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ 31/2016 w zakresie §29 Załączniki do SIWZ poprzez dopisanie pkt 7 o następującym brzmieniu:

„7. Weksel wraz z deklaracją wekslową – Załącznik nr 7”

Pozostałe zapisy SIWZ 31/2016 w zakresie § 29 bez zmian.

VIII. Zamawiający modyfikuje również zapisy Załącznika nr 6 do SIWZ 31/2016 Projekt umowy w zakresie § 2 Warunki płatności poprzez dopisanie ust. 7 i 8, o następującym brzmieniu:

„ 7. Zabezpieczeniem zapłaty wynagrodzenia wynikającego z umowy jest weksel *in blanco* wraz z deklaracją wekslową, które stanowią załącznik do niniejszej umowy.

8. Zasady wykorzystania weksla oraz zwrotu deklaracji wekslowej oraz weksla określone zostały w deklaracji wekslowej.”

IX. Zamawiający modyfikuje również zapisy Załącznika nr 6 do SIWZ 31/2016 Projekt umowy w zakresie § 5 Okres i warunki gwarancji, który otrzymuje brzmienie:

§ 5

OKRES I WARUNKI GWARANCJI

1. Wykonawca udziela na przedmiot umowy minimalne okresy gwarancji liczone od daty podpisania przez strony protokołu zdawczo – odbiorczego:
 - a) mechaniczna na pojazd bazowy – min. 24 miesiące bez limitów kilometrów,
 - b) powłoka lakiernicza – min. 36 miesięcy,
 - c) perforacja korozyjna elementów nadwozia – min. 120 miesięcy
 - d) na zabudowę przedziału medycznego – **min 24 miesiące.**
2. Wykonawca zapewni realizację wykonania usług gwarancyjnych i pogwarancyjnych przez autoryzowaną stację obsługi, zlokalizowaną w odległości nie większej niż 50 km od siedziby Zamawiającego. **Wykonawca zapewni serwis pogwarancyjny przez okres 12 miesięcy.**
3. Serwis zobowiązany jest przystąpić do pracy nie później niż w ciągu **48 godzin** od zgłoszenia usterki lub awarii. Za zgłoszenie usterki lub awarii rozumie się zgłoszenie telefoniczne, za pomocą faxu lub pocztą e-mail.
4. W przypadku 3-krotnej naprawy tego samego elementu urządzenia w okresie objętym gwarancją Zamawiający ma prawo żądać wymiany na nowy. W przypadku zgłoszenia takiego żądania Wykonawca obowiązany jest do wymiany elementu.


Pozostałe zapisy SIWZ 31/2016 w zakresie Załącznika nr 6 Projekt umowy bez zmian.



W pozostałym zakresie zapisy SIWZ 31/2016 nie zmieniają się.

Zmodyfikowane Załączniki do SIWZ nr WSZ-EP-31/2016, uwzględniające powyższe zmiany Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych


Dorota Kotecka

Sporządziła: Ż. Borowska