

WSZ-EP-31/.....⁶⁶⁶⁻¹2015

Konin, dnia ^{21.08.2015r.}.....

Wg rozdzielnika

Szanowni Państwo,

Niniejszym uprzejmie zawiadamiam, że w piśmie numer WSZ-EP-31/661/2015 z dnia 20.08.2015 roku dotyczącego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego powyżej 207 000 euro nadstawę wyposażenia sześciu stanowisk Intensywnej Terapii dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-31/2015).

I. Zamawiający modyfikuje zapisy w piśmie numer WSZ-EP-31/661/2015 z dnia 20.08.2015 roku, w którym brakuje odpowiedzi na poniższe pytanie:

Pytania dotyczące zapisów SIWZ oraz wzoru umowy

11. Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancja na urządzenia medyczne nie obejmuje przypadków naturalnego zużycia się (na skutek korzystania z nich przez użytkownika) akcesoriów, części i materiałów /elementów zużywalnych (eksploatacyjnych), a także wyrobów jednorazowego użytku wchodzących w skład przedmiotu umowy, a w szczególności, że nie znajdują do nich zastosowania zapisy dotyczące przedłużenia i odnowienia gwarancji?

Przy odmiennej niż wyżej zaproponowana interpretacji, nie będzie możliwe skalkulowanie ceny oferty na poziomie akceptowalnym dla Zamawiającego, bowiem nie jest możliwe przewidzenie, jaką ilość razy materiały eksploatacyjne będą wymienione – teoretycznie możliwa jest nieograniczona

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis w następujący sposób: „Wszelkie koszty związane z naprawami i wszelkimi przeglądami w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. Zamawiający w ramach gwarancji nie ponosi kosztów obsługi serwisowej, napraw wszelkich uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas eksploatacji za wyjątkiem uszkodzeń powstałych na skutek użytkowania sprzętu niezgodnego z instrukcją obsługi.”

II. Zmiany następują również w Formularzu oferty (zał. Nr 1) w pkt 6:

6. Przyjęliśmy następujące warunki płatności: płatność po zrealizowanej dostawie przelewem w terminie do 30 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury.

III. Zamawiający modyfikuje zapisy w projekcie umowy (zał. Nr 7) § 2 ust. 2. **WARUKI PŁATNOŚCI w następujący sposób:**

2. Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ureguje przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie do 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury.

IV. Zamawiający modyfikuje w ZESTAWIENIACH WYMAGANYCH PARAMETRÓW (zał. Nr 3.1.1, 3.1.2, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6.1, 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.7, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.13.1, 3.13.2, 3.14, 3.15, 3.16, 3.17, 3.18, 3.19, 3.20, 3.21, 3.22, 3.23, 3.24, 3.25, 3.26,), w tabelach dotyczących warunków gwarancji i inne w punkcie 3:

3.	Czas reakcji na zgłoszenie max 24 godziny, czas naprawy 3 dni	TAK	
----	--	-----	--

Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Sporządziła: B.Szafrańska

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Eksploatacyjno-Finansowych

Tomasz Ciesielski