



WSZ-EP-11/138/2016

Konin, dn. ... 04. MAR. 2016

Wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę testów i akcesoriów do aparatu do badań histopatologicznych wraz z dzierżawą aparatu do badań histopatologicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Koninie (nr sprawy WSZ-EP- 11/2016)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 .), uprzejmie wyjaśniamy:

Dot. Zał. 3 Zestawienie wymagań dotyczących dzierżawy aparatu do badań histopatologicznych:

PKT.3. Prosimy o usunięcie wymogu możliwości wykonywania barwień podwójnych i barwień metodami hybrydyzacji in situ. W formularzu asortymentowo-cenowym nie został wymieniony żaden odczynnik do barwień podwójnych ani do hybrydyzacji in situ, więc ani barwienia podwójne, ani barwienia metodami hybrydyzacji in situ nie są przedmiotem niniejszego postępowania.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

PKT.7. Prosimy o usunięcie zapisu dotyczącego wyłącznie aparatu bezigłowego.

Aparat pracujący w technologii bezigłowej posiada wyłącznie firma Roche. Aparaty innych producentów, powszechnie stosowane na całym świecie, stosujące inne rozwiązania technologiczne, dają równie wiarygodne wyniki jak aparaty firmy Roche, co potwierdzają wyniki zewnętrznych programów kontroli jakości tj, np. UK NEQUAS lub NordiQC. Obecny zapis faworyzuje firmę Roche.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższe i w związku z tym udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl modyfikację SIWZ oraz zmodyfikowane załączniki do SIWZ WSZ-EP-11/2016.

PKT.15. Prosimy o zmianę zapisu dotyczącego odpadów nie wymagających neutralizacji.

Prosimy o zmianę zapisu na: **Odpady nie wymagające utylizacji lub w przypadku aparatu posiadającego funkcję utylizacji odpadów profesjonalna utylizacja na koszt Wykonawcy.**

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy Zał.2 Formularz asortymentowo- cenowy:

Odczynniki wymienione w poz. od 30-39 zawierają nazwy własne i składowe sytemu detekcyjnego wymagane do barwień w aparatach firmy Roche.

Protokoły barwienia danym przeciwciałem w aparatach innych producentów oparte są na odczynnikach danego producenta, a te nie są identyczne z odczynnikami firmy Roche.

Prosimy o usunięcie nazw własnych odczynników firmy Roche i zastąpienie ich zapisem: **wolny od biotyny system detekcyjny wraz ze wszystkim niezbędnymi odczynnikami i materiałami eksploatacyjnymi wymaganymi do barwienia w aparacie Wykonawcy . Prosimy o wyszczególnienie jakie odczynniki i akcesoria wchodzi w skład danego systemu wizualizacyjnego.**

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie nazw własnych odczynników i w związku z powyższym udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl modyfikację SIWZ oraz zmodyfikowane załączniki do SIWZ WSZ-EP-11/2016.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Tomasz Ciesielski