



WSZ-EP-11/...../2016

Konin, dnia ..... 04 MAR. 2016

**MODYFIKACJA SIWZ**

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę testów i akcesoriów do aparatu do badań histopatologicznych wraz z dzierżawą aparatu do badań histopatologicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie nr sprawy WSZ-EP-11/2016

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) informuję, że modyfikacji ulegają następujące zapisy SIWZ WSZ-EP-11/2016:

I. § 3 Opis przedmiotu zamówienia w tabeli punkty od 30 do 39 otrzymują następujące brzmienie:

Lp	Oznaczenie	Ilość Opakowań na 2 lata
1	CD45 (LCA)	2
2	Desmina	2
3	Chromogranina A	2
4	CD20	2
5	Cytokeratyna (Pan)	4
6	NSE	2
7	Aktyna Smooth Muscle (SMA)	2
8	HER2 szkiełka kontrolne	10
9	Progesteron	6
10	S-100	2
11	Vimentyna	2
12	CD34	2
13	CD117 C-kit	2
14	HER2	6
15	Ki-67	6
16	Estrogen	6
17	CD3	2
18	Cytokeratyna HMW	6
19	Melanosome (HMB45)	2
20	Cytokeratyna 20	4
21	p63	2
22	E-kadheryna	2
23	Cytokeratyna 7	8
24	Cytokeratyna 5&6	8
25	Synaptofizyna	4
26	p16 INK4a	4
27	TTF-1	6
28	CINtec PLUS Cytology	2
29	p40	4
30	Zestaw do detekcji	22
31	Odczynnik do wzmocnienia sygnału	2
32	Kody kreskowe	12
33	Odczynnik do deparafinizacji	10

34	Odczynnik zabezpieczający przed parowaniem	64
35	Bufor reakcyjny	22
36	Bufor do odkrywania antygenu	20
37	Hematoksylina	22
38	Odczynnik zniebieszczający tło	22
39	Proteaza	2
40	Taśma do drukarki	4
41	Medium do zmykania	4

Zamawiający uwzględnić również powyższe zmiany w załączniku numer 2 do SIWZ WSZ-EP-11/2016 – formularzu asortymentowo-cenowym i dodatkowo w tym załączniku dodaje kolumnę z nazwą „numer katalogowy”.

**II. Zestawienie wymagań dotyczących dzierżawy aparatu do badań histopatologicznych – załącznik numer 3 do SIWZ WSZ-EP-11/2016**

Zamawiający w tabeli usuwa punkt numer 7 – aparat bezigłowy i w związku z powyższym tabela otrzymuje brzmienie:

Lp.	Aparat do badań histopatologicznych	Spełnia TAK/NIE
1.	Automatyczny aparat do barwienia preparatów histopatologicznych wykonanych z materiałów utrwalanych w formalinie. Rok produkcji nie starszy niż 2011 rok.	
2.	System otwarty z możliwością stosowania przeciwciał pierwotnych innych producentów niż producent aparatu	
3.	Automatyczne wykonywanie pełnego barwienia immunohistochemicznego od etapu deparafinizacji preparatów do barwienia tkanki metodami immunohistochemicznymi IHC, (z możliwością wykonania barwień podwójnych IHC) lub opartymi na hybrydyzacji in situ (ISH, CISH, SISH)	
4.	Czas barwienia w jednym cyklu: 3,5 godz – 4 godz. dla IHC	
5.	Minimum 20 miejsc na preparaty mikroskopowe	
6.	Możliwość oznaczenia od 1 do minimum 17 przeciwciał w jednym cyklu pracy	
7.	Ilość dozowanego odczynnika jednolita dla każdego oznaczenia, niezależnie od wielkości badanego materiału na szkiełku podstawowym	
8.	Identyfikacja preparatów za pomocą kodów kreskowych	
9.	Odczynniki barwiące wprowadzane za pomocą barkodów lub chipów	
10.	Drukarka do barkodów (kodów kreskowych)	
11.	Aparat zabezpieczający tkankę przed wysychaniem na każdym etapie barwienia bez konieczności stosowania dodatkowych nakładek na szkiełka	
12.	Możliwość zaprogramowania opóźnionego startu	
13.	Możliwość stosowania bezksylenowej techniki przeprowadzania preparatów	
14.	Odpady nie wymagające neutralizacji	
15.	Wyposażenie w system zasilania awaryjnego, umożliwiający bezpieczne zakończenie procesu	
16.	Możliwość zdalnej obsługi oraz serwisowania przez Internet lub linię telefoniczną	

**III. Zmiany następują również w § 17 pkt. 7 oraz § 18 pkt 1 i 3, które otrzymują następujące brzmienie:**

**§ 17 Opis sposobu przygotowania oferty**

6. Wymaga się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zamkniętej kopercie i zaadresowanej na zamawiającego na adres: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45 i oznakowana następująco:



**„Oferta w przetargu nieograniczonym poniżej 209 000 euro na dostawę testów i akcesoriów do aparatu do badań histopatologicznych wraz z dzierżawą aparatu do badań histopatologicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Koninie nr sprawy WSZ-EP-11/2016.  
Nie otwierać przed 09.03.2016r., godz. 11:00”**,

**§ 18 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

1. Termin składania ofert: nie później niż do dnia 09.03.2016r. do godz. 10:00.

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 09.03.2016r. o godz. 11:00 w świetlicy WSZ w Koninie, ul. Szpitalna 45 (pokój nr 3/8).

W pozostałym zakresie zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie zmieniają się.

W zawiązku z powyższą modyfikacją Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl) aktualne zmodyfikowane załączniki do SIWZ WSZ-EP-11/2016 z uwzględnieniem powyższych zmian.

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych

*Tomasz Ciesielski*