

WSZ-EP-12/ZO/.....501...../2016

Konin, 6 czerwca 2019 r.

**Wg rozdzielnika**

**Dotyczy zapytania ofertowego nr WSZ-EP-12/ZO/2016 na dostawę systemu do przedniej i tylnej reoperacji przepony moczowo-płciowej oraz zestawu do leczenia wysiłkowego nie trzymania moczu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego**

**w Koninie**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika pytaniami do zapytania ofertowego na dostawę systemu do przedniej i tylnej reoperacji przepony moczowo-płciowej oraz zestawu do leczenia wysiłkowego nie trzymania moczu uprzejmie wyjaśniamy:

**1) Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1:**

- 40 szt. systemów do leczenia wysiłkowego nietrzymania moczu u kobiet, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką na taśmie, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max. 1870  $\mu\text{m}$ , grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m<sup>2</sup>, wytrzymałości 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca)
- oraz

- 2 sztuki igieł wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, spiralnych, prawa i lewa, do implantacji przez otwory zasłonowe, bez prowadnika w kształcie motylka ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego produktu.**

**2) Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2:**

- 30 szt. systemów do przedniej reoperacji przepony moczowo płciowej, siatki jednorodnej, niewchłaniałnej, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami, pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m<sup>2</sup>, porowatość max 1870  $\mu\text{m}$ , długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wysokość implantu 8 cm (odległość między ramionami), wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm,

brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca),

oraz

- 1 sztuka igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, do implantacji metodą przezzastonową ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego produktu.**

**3) Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3:**

• 10 szt. systemów do tylnej reperacji przepony moczowo płciowej, siatki jednorodnej, niewchłaniającej, o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropylen, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m<sup>2</sup>, porowatość max 1870 µm, długość ramion 45 cm, wysokość implantu 12 cm, wypustka: wysokość 4 cm, szerokość 3,5 cm, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca),

oraz

- 1 sztuka igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, do implantacji przez pośladki ?

**Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego produktu.**

**Z poważaniem**

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych

*Dorota Kotecka*

Sporządziła B.Szafrańska