



Konin, dn. ...3.03.2015

WSZ-EP-19/.....2016

Wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę zestawów stymulatorów struktur głębokich mózgu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie (nr sprawy WSZ-EP-19/2016)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Dotyczy 9 zestawów do Stymulacji Struktur Głębokich Mózgu

Pytanie nr 1.

Czy Zamawiający wymaga zestaw zawierający:

- stymulator jednokanałowy, stałonateżeniowy przy amplitudzie pracy 0-25,5 mA;
- elektrodę domózgową, czteroogniowa/czterokontaktowa – z odstępami pomiędzy złączami 0,5 mm lub 1,5 mm, aktywną końcówką 3mm, o długości przewodu 25, 30, 35 lub 40 cm;
- elastyczny łącznik do elektrody o rościagliwości do 16%, o długościach w stanie spoczynku do wyboru 50, 60 lub 90 cm lub łącznik nieelastyczny, niskoprofilowy o długościach do wyboru 50 lub 60 cm;
- pilot pacjenta, –umożliwiający kontrolę stanu baterii i samego neurostymulatora;
- pierścien do mocowania elektrody w otworze trepanacyjnym o średnicy 14 - 17mm,
- tunelizator, wchodzący w skład zestawu;
- elektrody do mikro/makrorecordingu – 5 szt w opakowaniu;
- tuby/kaniule insercyjne do mikro/makrorecordingu – 5 szt. w opakowaniu;
- kable do mikro/makrorecordingu – wielorazowego użytku, do resterylizacji ?

Odpowiedź:

Zgodnie z SIWZ.

Z-ca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa

mgr Małgorzata Karczewska