

WSZ-EP-20/.....2016

Konin, dn. 2.1.2015

Wg rozdzielnika

### WYJAŚNIENIA DO SIWZ

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę implantów neurochirurgicznych i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie (nr sprawy WSZ-EP-20/2016)**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniem dotyczącym SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych ( tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164 .), uprzejmie wyjaśniamy:

#### Pytanie nr 1 dotyczy Pakietu nr 3

Czy w pakiecie nr 3 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie asortymentu o poniższej charakterystyce:

-wsuwana klatka z materiału PEEK dostosowany pod względem geometrii do anatomii i fizjologii odcinka szyjnego kręgosłupa odzwierciedlający kształtem obrys trzonu powierzchni nośne:

-karbowane poprzecznie zabezpieczające przed wysunięciem z przestrzeni

-5 wysokości w 4 różnych podstawach 12x15,12x17, 14x17,14x19

-uzbrojone w dodatkowy kolec po obu stronach celem wyeliminowania migracji

-przystosowane do wypełniania kością lub sztucznym substytutem kostnym,

-wszystkie implanty sterylne, narzędzia w pojemniku umożliwiającym ich przechowywanie i sterylizację,

-biomateriał w postaci pasty gotowej do użycia w opakowaniu sterylnym

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### Pytanie nr, 2 dotyczy Pakietu nr 4

Czy w Pakiecie nr 4 Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie systemu o poniższej charakterystyce

-materiał tytan  
-płytki niskoprofilowe, o konstrukcji umożliwiającej obserwację wszczepu w RTG w płaszczyźnie AP  
-rozmiary od 8 mm do 88 mm co 1,2,3 lub 4 mm

-konstrukcja płytek umożliwiająca ich doginanie w polu operacyjnym

-płytki muszą umożliwiać wkręcanie śrub z odchyleniem do 30° od płaszczyzny płytki

-okrągły kształt otworów mocujących śruby uniemożliwiający migrację śrub w długiej osi płytki

-jednostopniowy system blokowania śrub zintegrowany z płytką (bez dodatkowych elementów blokujących)

-koniecznie zachowana możliwość wielokrotnego odblokowywania śrub z możliwością ponownego użycia wszystkich elementów stabilizacji

-śruby samogwintujące o średnicy 4 i 4, 5 mm w długościach 12,14, 16, 18 mm.



-w zestawie narzędzi koniecznie: system tymczasowego mocowania płytki zapobiegający jej przesuwaniu w czasie zabiegu, śrubokręt (podajnik do śrub) z system mocowania śrub zapobiegającym ich wypadaniu

-wszystkie implanty i narzędzia muszą znajdować się w pojemniku umożliwiającym ich przechowywanie i sterylizację, a miejsca ułożenia muszą być jednoznacznie oznaczone (kodami i/lub piktogramami)

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie nr 3, dotyczy Pakietu nr 8**

Czy zamawiający dopuści nieelektryczny system mieszania sterylny z możliwością pobrania do urządzenia podającego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie i w związku z powyższym umieści modyfikację SIWZ WSZ-EP-20/2016 na swojej stronie internetowej WWW.szpital-konin.pl.**

DYREKTOR  
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego  
w Koninie

*Lukasz Dołata*

]