

Konin, dn. 21 Kwi. 2015

WSZ-EP-20/.....2016

Wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę implantów neurochirurgicznych i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie (nr sprawy WSZ-EP-20/2016)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164 .), uprzejmie wyjaśniamy:

Pytanie nr 1 do pakietu nr 6 – Zestaw do stymulacji przeciwbólowej rdzenia (5 zestawów)

Czy Zamawiający wymaga:

- Stymulatora rdzeniowego, 16 kontaktowego, stałonateżeniowego, o wymiarach wysokość 76 mm, długość 58 mm i grubości 14 mm, przy amplitudzie pracy 0-25,5 mA z przyrostem od 0,1 – 1,0 mA, z szerokością impulsu od 50-500 us, częstotliwością od 2 – 1200 Hz (z przyrostami 2 Hz do 200Hz, 10 Hz do 500 Hz oraz 20 Hz od 500-1200 Hz), z możliwością ustawienia 24 niezależnych programów a w każdym z nich po 8 dodatkowych podprogramów, z możliwością zastosowania elektrod multikontaktowych (cztero-, ośmio-, szesnasto- i dwudziesto kontaktowych) przezskórnych, chirurgicznych i pośrednich, o długości przewodu elektrody do wyboru 30, 60, 90 cm, wraz z łącznikami o długości (do wyboru przez Zamawiającego) 30 i 60 cm oraz programatorem pacjenta;
- 1 zestaw w komisie
- czas uzupełnienia 48 godz.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
w Koninie
Łukasz Dolata