



WSZ-EP-20/320/2016

Konin, dn. 21 kw. 2015

Wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę implantów neurochirurgicznych i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie (nr sprawy WSZ-EP-20/2016)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2015, poz. 2164 .), uprzejmie wyjaśniamy:

Pyt. 1 dot. Pakietu 2:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do stabilizacji potyliczno-kręgosłupowej z płytą potyliczną i zestawem zawierającym haki i śruby do masywów bocznych, specjalne śruby o częściowo gładkim trzonie do segmentu C1-C2, zakres długości śrub od 10 do 56mm, pręty odpowiednio dopasowane w zakresie długości od 30 do 240mm oraz pręt o zmiennej średnicy 400mm, łączniki poprzeczne od 22mm do 58mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie i w związku z powyższym umieści modyfikację SIWZ WSZ-EP-20/2016 na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pyt. 2 dot. Pakietu 3:

czy Zamawiający dopuści klatki szyjne wykonane w 100% z PEEK ze znacznikami tantalowymi (nieprzeziernymi dla rtg), anatomicznym kształcie i systemem kotwiczącym w postaci zębów, substytut kostny w postaci żelu hydroksyapatytowego?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie i w związku z powyższym umieści modyfikację SIWZ WSZ-EP-20/2016 na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pyt. 3 dot. Pakietu 4:

Czy Zamawiający dopuści dynamiczną płytę szyjną dostępną w rozmiarach 20-103mm ze stopniowaniem co 2 lub 3mm, śruby z możliwością wkręcenia max pod kątem 35°, płyta posiadająca otwory w dwóch rzędach?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie i w związku z powyższym umieści modyfikację SIWZ WSZ-EP-20/2016 na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pyt. 4 dot. Pakietu 7:

czy Zamawiający dopuści zestaw do stabilizacji kręgosłupa piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego z możliwością podania cementu do trzonów osteoporotycznych z końcówką do śruby argumentacyjnej wykonaną ze stali z końcówką luer-lock, śruby z pojedynczym, standardowym gwintem?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie i w związku z powyższym umieści modyfikację SIWZ WSZ-EP-20/2016 na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pyt. 5 dot. Pakietu 8:

Czy Zamawiający dopuści zestaw do wertebroplastyki z cementem zwykłym, zawierający 30% siarczan baru jako środek kontrastujący o czasie pracy do 15 minut, zestaw do mieszania cementu w sposób ręczny?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie i w związku z powyższym umieści modyfikację SIWZ WSZ-EP-20/2016 na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pyt. 1 dot. Pakietu 7:

czy Zamawiający dopuści zestaw do stabilizacji kręgosłupa piersiowo-lędźwiowo-krzyżowego z prętami z końcówką hexagonalną z jednej strony, pręty wygięte w zakresie długości 35-60mm ze skokiem co 5mm i 60 – 120mm ze skokiem co 10mm, pręty proste w zakresie długości od 35 do 60mm ze skokiem co 5mm, 60-120mm ze skokiem co 10mm i od 150 do 500mm ze skokiem co 30 i 100mm, śruby przeznaczone do wertebroplastyki kaniulowane na całej swej długości, lecz posiadają otwory umożliwiające rozchodzenie się cementu na boki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie i w związku z powyższym umieści modyfikację SIWZ WSZ-EP-20/2016 na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pyt. 2 dot. Pakietu 7:

Czy Zamawiający wymaga, aby wraz z instrumentarium do stabilizacji wykonawca dostarczył na czas trwania umowy zestawu atraumatycznych rozwieraczy do tkanek miękkich, zakładanych podskórnym, dostępnych w wielkościach m. in. 60x40mm, 60x60mm, 80x40mm, 80x60mm, 120x40mm, 120x60mm?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga powyższego. Zgodnie z SIWZ.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Koninie

Łukasz Dolata