

WSZ-EP-23/.....^{4.65}...../2015

Konin, dnia 18 -06- 2015

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę implantów i protez ortopedycznych oraz śrub, płyt, gwoździ, cementu kostnego używanego w przypadku złamań i rekonstrukcji dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-23/2015)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), uprzejmie wyjaśniamy:

Pytanie nr 1, dotyczy projektu umowy §7 ust. 1a

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę projektu umowy §7 ust. 1a na treść :

1. Strony ustanawiają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych w formie kar umownych w następujących wysokościach i przypadkach:

a. za nieterminową dostawę przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50,00 zł – za każdy dzień opóźnienia, ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie nr 2, dotyczy pakietu nr 1

Czy w Pakiecie 1 Zamawiający dopuści protezę modułową głowy kości promieniowej bezcementową z możliwością użycia jako cementowanej :

-średnica głowy 20, 22 i 24mm, każda dostępna w wysokości 10, 12, 14, 16 , 18mm,

-5 rozmiarów trzpienia pokrytego porowatą okładziną w celu przyspieszenia wczesnej osteointegracji?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
w Koninie

Łukasz Dotata