



WSZ-EP-28/472/2016

Konin, dn. ...24...05...2016

Wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 209 000 euro na dostawę aparatury medycznej diagnostycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-28/2016)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) uprzejmie wyjaśniamy:

W pn. 7 zał. 3.4 do SIWZ Zamawiający wymaga: „regulowana długość zapisu badania automatycznego (od 6 do 15 sekund)”.

Norma 60601-2-51 pn 51.108.3 wymaga min. 8 sekundowego zapisu EKG potrzebnego do analizy sygnału.

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści do oceny aparat EKG ze stałym 10 sekundowym zapisem badania automatycznego z regulowaną długością wydruku?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

D. Kotwicka
Dorota Kotwicka