

WSZ-EP-28/.....⁴⁷⁸2016

Konin, dn.²⁴⁻⁰⁵⁻2016

Wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 209 000 euro na dostawę aparatury medycznej diagnostycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-28/2016)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) uprzejmie wyjaśniamy:

Pakiet 4 – Aparat EKG – 7 szt.

1. Czy Zamawiający wskazuje w pkt. 8 tabeli rozwiązania równoważne?

Odpowiedź: NIE. Każdy aparat musi mieć możliwość wydruku zarówno na drukarce aparatu jak i zewnętrznej, a więc nie jest to rozwiązanie równoważne.

2. Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie bez wydruku na drukarce zewnętrznej PCL5/PCL6, ale z wydrukiem PDF i JPG na podłączony nośnik pamięci SD lub USB?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający dopuści aparat z eksportem badań do pamięci USB bez eksportu na skrzynkę email?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie i w związku z powyższym umieści modyfikację załącznika 3.4 do SIWZ 28/2016 na swojej stronie internetowej.

4. Czy Zamawiający dopuści aparat z 2 portami USB i portem SD?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

5. Czy Zamawiający dopuści wózek pod aparat z koszem na akcesoria medyczne zamiast dwóch półek?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

6. W związku z wymaganiem komunikacji aparatów z siecią LAN (pkt. 25 i 26) oraz wymaganiem drukarki laserowej (pkt. 39), zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie, jakiego rozwiązania funkcjonalnego oczekuje Zamawiający:

- drukarki laserowej z każdym dostarczonym aparatem, a w związku z tym prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym wydruk na drukarce laserowej generowany jest poprzez dostarczone oprogramowanie do obsługi aparatów i badań?

Odpowiedź: TAK. DRUKARKI LASEROWEJ Z KAŻDYM APARATEM. Zamawiający wymaga bezpośredniego wydruku bez dodatkowego oprogramowania.

- drukarki laserowej z każdym dostarczonym aparatem, a w związku z tym prosimy o odpowiedź, czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym wydruk na drukarce laserowej generowany jest bezpośrednio z nośnika usb dostarczonego z aparatami EKG (i bezpośrednio z aparatu na nośnik usb)?

Odpowiedź: NIE. Wydruk jest bezpośrednio z aparatu bez dodatkowego oprogramowania.



- drukarki laserowej 1 szt. na 7 aparatów EKG, z możliwością wydruku na drukarce bezpośrednio z nośnika usb, gdzie EKG może być eksportowane bezpośrednio na nośnik usb, z aparatu EKG?

Odpowiedź: NIE. DRUKARKA LASEROWA Z KAŻYM APARATEM

- drukarki laserowej 1 szt. na 7 aparatów EKG, z uwzględnieniem oprogramowania współpracującego z aparatami EKG poprzez sieć LAN i umożliwiającego wydruk EKG badań z oprogramowania na komputerze PC?

Odpowiedź: NIE. DRUKARKA LASEROWA Z KAŻYM APARATEM

7. Czy Zamawiający dopuszcza 7-letni okres zagwarantowania części zamiennych?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych


Dorota Kotecka