



WSZ-EP-28/2016

Konin, dn. 24-05-2016

Wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 209 000 euro na dostawę aparatury medycznej diagnostycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-28/2016)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) uprzejmie wyjaśniamy:

Pytania w zakresie pakietu nr 1

Pytanie 1

Dotyczy zał. nr 3.1 do SIWZ 28/2016 – warunki gwarancji i inne, pkt.3 oraz zał. zał. nr 6 do SIWZ – wzoru umowy § 5 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie maksymalnego czasu naprawy z 3 dni roboczych od zgłoszenia do 5 dni roboczych od dnia dostarczenia sprzętu do serwisu drogą kurierską (w okresie gwarancji na koszt Wykonawcy)?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 2

Dotyczy zał. nr 3.1 do SIWZ 28/2016 – warunki gwarancji i inne, pkt.4 oraz zał. zał. nr 6 do SIWZ – wzoru umowy § 5 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację pkt. 4 warunków gwarancji i innych w zał. nr 3.1 do SIWZ 28/2016 (Zestawienie wymaganych parametrów technicznych) poprzez dodanie następującego zapisu o następującej treści:

„..., o ile przestój trwał powyżej 5 dni roboczych”
oraz uwzględnienie powyższego w § 5 ust. 6 umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 3

Dotyczy zał. nr 3.1 do SIWZ 28/2016 – warunki gwarancji i inne, pkt.5 oraz zał. zał. nr 6 do SIWZ – wzoru umowy § 5 ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na skrócenie czasu zagwarantowania dostępności części zamiennych z 10 na 8 lat?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 4

Dotyczy zał. zał. nr 6 do SIWZ – wzoru umowy § 2 ust. 2

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 2 ust. 2 wzoru umowy zgodnie z poniższym:

„Należność za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający ureguluje przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie 60 dni od dnia wystawienia prawidłowej faktury”?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 5

Dotyczy zał. zał. nr 6 do SIWZ – wzoru umowy § 5 ust. 3



Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu w § 5 ust. 3 wzoru umowy zgodnie z poniższym:

„Wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi i wszelkimi przeglądami w okresie gwarancji ponosi Wykonawca. Zamawiający w ramach gwarancji nie ponosi kosztów obsługi serwisowej, napraw gwarancyjnych, uszkodzeń powstałych podczas eksploatacji za wyjątkiem uszkodzeń wynikających z użytkowania sprzętu niezgodnego z instrukcją obsługi.”?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 6

Dotyczy zał. zał. nr 6 do SIWZ – wzoru umowy § 6 ust. 4

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na obniżenie kar umownych odpowiednio z 10% na 5% wartości umowy w przypadku opisanym w § 6 ust. 4 warunków umowy?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 7

Dotyczy zał. zał. nr 6 do SIWZ – wzoru umowy § 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wprowadzenie dodatkowego ustępu o następującej treści:

„W przypadku dostarczenia aparatu zastępczego kary nie będą naliczane”?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 8

Dotyczy zał. zał. nr 6 do SIWZ – wzoru umowy § 7 ust. 6

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zapisu w § 5 ust. 2 wzoru umowy poprzez dodanie zapisu o następującej treści:

„Zgody takiej nie można bezpodstawnie odmówić”?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 9

Dotyczy załącznika nr 3.1 do SIWZ 28/2016, pakiet 1 – wideogastroskop, pkt. 1

Czy zamawiający dopuści zapis: Średnica kanału roboczego – min. 2,8 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ

Pytanie 10

Dotyczy załącznika nr 3.1 do SIWZ 28/2016, pakiet 1 – wideogastroskop, pkt. 2

Czy zamawiający dopuści zapis: Średnica zewnętrzna tuby wziernikowej max 9,8 mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie i w związku z powyższym umieści modyfikację załącznika 3.1 do SIWZ 28/2016 na swojej stronie internetowej.

Pytanie 11

Dotyczy załącznika nr 3.1 do SIWZ 28/2016, pakiet 1 – wideogastroskop, pkt. 5

Czy zamawiający dopuści zapis: Głębokość ostrości 5-100 mm?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie i w związku z powyższym umieści modyfikację załącznika 3.1 do SIWZ 28/2016 na swojej stronie internetowej.

Pytanie 12

Dotyczy załącznika nr 3.1 do SIWZ 28/2016, pakiet 1 – wideogastroskop, pkt. 13

Czy zamawiający dopuści zapis: Średnica kanału roboczego – min. 2,8 mm?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.