



WSZ-EP-28/2016

Konin, dn. 24-05-2016

Wg rozdzielnika

**WYJAŚNIENIA DO SIWZ**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 209 000 euro na dostawę aparatury medycznej diagnostycznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-28/2016)**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ) uprzejmie wyjaśniamy:

**Pakiet 5 – Kardiomonitor – 4 szt.**

1. Czy Zamawiający może sprecyzować oferowany kardiomonitor musi posiadać moduły jak drukarka termiczna, inwazyjny pomiar ciśnienia, kapnometrię, rzut serca, analizator gazów, podstawę jezdną oraz uchwyt ścienny, czy tylko posiadać możliwość rozbudowy w przyszłości o powyższe moduły?

**Odpowiedź: Kardiomonitor powinien posiadać MOŻLIWOŚĆ rozbudowy o moduły z poz. 27- 32.**

**W związku z powyższym Zamawiający umieści modyfikację załącznika 3.5 do SIWZ 28/2016 na swojej stronie internetowej.**

**Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia iż podstawę jezdną i uchwyt ścienny powinien mieć każdy monitor**

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych

  
Dorota Kotecka