



WSZ-EP-33/.....<sup>439</sup>2016

Konin, dn. .... 24 -05- 2016

Wg rozdzielnika

### WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 5 225 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie Bloku Operacyjnego Oddziału Ginekologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (nr sprawy: WSZ-EP-33/2016)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ) uprzejmie wyjaśniamy:

**Prosimy o udzielenie wyjaśnień dotyczących INSTALACJI GAZÓW MEDYCZNYCH:**

1. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić:

dla sali operacyjnej nr 11:

- TPG (2O,A,2V, N, Og)
- TPG (A,V) (brak w przedmiarze technologii „Konin BO - technologia P.pdf”)
- K.A (2O,2A,2V,N,Og)
- K.CH. (2A,2V, C-z butli)

dla sali przygotowania pacjenta nr 09:

- TPG (2O,A,V, N Og)

dla sali wybudzeń 03:

- Panel IOM 1-stanowiskowy (2O,2A,2V)

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

2. Opisy zawarte w dokumencie „OPIS Technologia B.O II ,PW-Konin .pdf” stanowią złamanie Ustawy PZP poprzez opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję, a opis w Karcie wyposażenia jest wystarczający do zaoferowania wymaganych urządzeń.

Prosimy o potwierdzenie, że należy dostarczyć kolumnę anestezyjologiczną KA zgodnie z opisem Karty Wyposażenia Pomieszczeń strona 18 a nie z opisem z dokumentu „OPIS Technologia B.O II ,PW-Konin .pdf”. Niektóre wymagania wzajemnie się wykluczają np. na spodzie kolumny ma być ”oświetlenie diodowe” czy jak w drugim dokumencie „Odciąg”?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

3. Opisy zawarte w dokumencie „OPIS Technologia B.O II ,PW-Konin .pdf” stanowią złamanie Ustawy PZP poprzez opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję, a opis w Karcie wyposażenia jest wystarczający do zaoferowania wymaganych urządzeń.

Prosimy o potwierdzenie, że należy dostarczyć kolumnę chirurgiczną KCH z ramieniem łamanym o długości min 180cm zgodnie z opisem Karty Wyposażenia Pomieszczeń strona 18, a nie z opisem z dokumentu „OPIS Technologia B.O II ,PW-Konin .pdf”.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

4. Prosimy o jednoznaczne określenie czy jest wymagane przy kolumnie KCH „ramię na monitor LCD19”. Zamawiający nie może pozostawiać wymagania bez jednoznacznego określenia konieczności dostawy lub nie poprzez umieszczenie zapisów „ewentualnie”, „ewentualnie po uzgodnieniu z użytkownikiem”. Wszystkie oferty muszą jednoznacznie zawierać wycenę elementu lub nie.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych

*D. Kotecka*  
Dorota Kotecka