



WSZ-EP-33/1.32.2016

Konin, dn. ...2.4.-05-2016

Wg rozdzielnika

### WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 5 225 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie Bloku Operacyjnego Oddziału Ginekologicznego Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (nr sprawy: WSZ-EP-33/2016)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ) uprzejmie wyjaśniamy:

#### **KCH – Kolumna chirurgiczna**

1.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kolumny wyposażonej w konsolę o wymiarach w planie zgodnych z poniższym rysunkiem.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

2.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kolumny wyposażonej w konsolę o ścianach lakierowanych.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

3.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kolumny wyposażonej w ergonomiczne manipulatory do manewrowania kolumną oraz sterowania hamulcami umieszczonymi po bokach konsoli.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

4.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kolumny wyposażonej w 2 szyny zamontowane wyłącznie na przedniej ścianie konsoli.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

5.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kolumny wyposażonej w półki o wymiarach 425 x 430 [mm].

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

6.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania ramienia monitora o ruchu w zakresie +41/-56 st. na ramieniu sprężystym oraz +15/-15st. na mocowaniu uchwytu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

7.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kolumny bez sygnalizacji awarii gazów, funkcję tę powinna sprawować tablica informacyjno-zaworowa.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

8.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kolumny o ergonomicznym rozmieszczeniu gniazd elektrycznych oraz gazowych zgodnym z poniższym rysunkiem:

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### **KA – Kolumna anestezyjologiczna z ramieniem łamanym 800+800mm**

1.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kolumny wyposażonej w konsolę o wymiarach w planie zgodnych z poniższym rysunkiem

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

2.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kolumny wyposażonej w konsolę o ścianach lakierowanych.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

3.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kolumny wyposażonej w ergonomiczne manipulatory do manewrowania kolumną oraz sterowania hamulcami umieszczonymi po bokach konsoli.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

4.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kolumny wyposażonej w 2 szyny zamontowane wyłącznie na przedniej ścianie konsoli.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

5.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kolumny wyposażonej w półki o wymiarach 425 x 430 [mm].

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

6.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kolumny wyposażonej w wysięgniki pomp infuzyjnych oraz płynów mocowane do frontu konsoli kolumny, o zasięgu 300 [mm] jednoczęściowe [nie łamane].

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

7.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kolumny bez sygnalizacji awarii gazów, funkcję tę powinna sprawować tablica informacyjno-zaworowa.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

8.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania kolumny o ergonomicznym rozmieszczeniu gniazd elektrycznych oraz gazowych zgodnym z poniższym rysunkiem:

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

#### **Gh 9 – Lampa operacyjna sufitowa LED – dwuczaszowa 160/160klux**

1.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej dwuczaszowej o stałej temperaturze barwowej 4500 st. K.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

2.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej dwuczaszowej o średnicy kopuł 71cm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

3.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej dwuczaszowej o indeksie Ra=96.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

4.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej dwuczaszowej o regulacji średnicy pola za pomocą panelu na ramieniu czaszy.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

5.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej dwuczaszowej o regulacji średnicy w zakresie d10=18-30cm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

6.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej dwuczaszowej o głębokości L1+L2 = 87,5cm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

7.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej dwuczaszowej o regulacji natężenia w zakresie 30-100%.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**



8.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy operacyjnej dwuczaszowej o regulacji wszystkich parametrów za pomocą panelu na ramieniu czaszy bez pilota.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### **Gh 14 – Lampa zabiegowa sufitowa LED mała**

1.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy zabiegowej skonstruowanej z jednolitego modułu.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

2.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy zabiegowej o temperaturze barwowej 4500K.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

3.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy zabiegowej z 18 źródłami LED z odbłyśnikami.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

4.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy zabiegowej z regulacją natężenia w zakresie 25-100%.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

5.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy zabiegowej o stałej średnicy d10=17cm.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

6.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy zabiegowej o natężeniu 100klx.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

7.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania lampy zabiegowej o żywotności diod LED 50000h.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ**

#### **Głw 1 – Panel ścienny dla Sali wybudzeń 03**

1.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania panelu wykonanego z aluminium malowanego proszkowo

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

2.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania panelu z gniazdami elektrycznymi umieszczonymi poniżej gniazd gazowych.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

3.Zwracamy się z prośbą o dopuszczenie do zaoferowania panelu bez otworów wentylacyjnych, oferowany panel dzięki swojej konstrukcji nie wymaga umieszczenia otworów wentylacyjnych wg opisu SIWZ.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
*D. Dop*  
Dorota Kotecka