



WSZ-EP-40/...../2015

Konin, dn. 28 MARZ. 2015

Wg rozdzielnika

**WYJAŚNIENIA DO SIWZ**

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 5 186 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 1 (nr sprawy: WSZ-EP-40/2015)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

1. Prosimy o potwierdzenie, że w ofercie należy wycenić:

**dla sali operacyjnej nr 11:**

- TPG (2O,A,2V, N, Og)
- TPG (A,V) (brak w przedmiarze technologii „Konin BO - technologia P.pdf”)
- K.A (2O,2A,2V,N,Og)
- K.CH. (2A,2V, C-z butli)

**dla sali przygotowania pacjenta nr 09:**

- TPG (2O,A,V, N Og)

**dla sali wybudzeń 03:**

- Panel IOM 1-stanowiskowy (2O,2A,2V)

**Odpowiedź:**

Należy przyjąć tak jak wskazuje projekt technologii:

**POM. 03 (sala wybudzeniowa) – panel [2X02, 2XAIR, 2XVAC]**

**POM. 09 (przygot.pacjenta) – TPG [ 2X02, 1XAIR, 1XVAC,1XN2O, 1XOG]**

**POM 11 (sala operacyjna) – po stronie kolumny chirurgicznej TPG[1XAIR,1XVAC] oraz po stronie kolumny anesteziologicznej TPG [2X02, 1XAIR, 2XVAC, 1XN2O, 1XOG].**

2. Dokument „OPIS Technologia B.O II ,PW-Konin .pdf” zawiera bardzo szczegółowe opisy wymagań technicznych dla kolumny chirurgicznej i anesteziologicznej. Taki opis przedmiotu zamówienia nie pozwala na złożenie równoważnej oferty, tym samym naruszając zasady uczciwej konkurencji zawarte w art.7 PZP oraz opisu przedmiotu zamówienia art. 29 i 30 PZP. Tylko jedna firma MZ Liberec, której dystrybutorem jest POLITECHNIK Sp. z o.o.) może zaoferować produkt w konfiguracji opisanej w „OPIS Technologia B.O II ,PW-Konin .pdf”, na co jednoznacznie wskazują opisy i wymiary kolumn. Zwracamy dodatkowo uwagę, że opisy (wymogi) kolumn w różnych miejscach projektu różnią się zasadniczo.

Pozostawienie wymagań w obecnym brzmieniu jak w „OPIS Technologia B.O II ,PW-Konin .pdf” stanowi złamanie Ustawy PZP poprzez opisanie przedmiotu zamówienia publicznego w sposób, który utrudnia uczciwą konkurencję.

Wnosimy o nowy i jednoznaczny opis WYPOSAŻENIA KOLUMN ANESTEZJOLOGICZNYCH ORAZ CHIRURGICZNYCH, w którym Zamawiający doprecyzuje parametry stanowiące o równoważności urządzeń. Warunek ten jest niezbędny do przygotowania ważnej i skutecznej oferty przetargowej, zaś w projekcie nie daje jednoznacznej odpowiedzi jaka ma być funkcjonalność opisanych kolumn.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

Według wiedzy Zamawiającego jest kilku dostawców, którzy spełniają wymogi SIWZ.

Przyjęte w projekcie wykonawczym – technologia rozwiązania mają charakter przykładowy, Wykonawca może wprowadzić nowe rozwiązania równoważne w porozumieniu z projektantem i inwestorem.

Z-ca Dyrektora  
dział. Ekonomiczno-Finansowy

Tomasz Ciesielski