

WSZ-EP-47/882/2015

Konin, dn.1.10. PAŹ. 2015

Wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę wyposażenia sześciu stanowisk intensywnej terapii dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-47/2015)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Pakiet 3

1/ Prosimy Zamawiającego o wyłączenie z pakietu 3 pozycji 10-12 do osobnego pakietu, pozwoli to naszej firmie złożyć konkurencyjną ofertę.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wydzielenie z pakietu numer 3 pozycji 10-12 do odrębnego pakietu i w związku z tym umieści modyfikację SIWZ na swojej stronie internetowej.

Pakiet 3 poz. 12

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jednorazowego, sterylnego, gotowego do natychmiastowego użycia zestawu do wykonania konikotomii metodą bezpośredniego wkłucia z zabezpieczeniem przed uszkodzeniem tylnej ściany tchawicy lub przedniej ściany przelęku dzięki usuwalnemu ogranicznikowi głębokości wsunięcia kaniuli.

W zestawie: kaniula oddechowa (rurka) do wentylacji bez mankietu z anatomicznie ukształtowaną ramką mocującą, atraumatyczna igła-introduktor, rozszerzalna silikonowa przestrzeń martwa, skalpel, strzykawka do identyfikacji światła tchawicy, opaska mocująca z zapięciem na rzepę.

Rozmiary 2 i 4mm

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Do SIWZ

Czy zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania w przypadku wątpliwości wykonawców do przełożenia kart katalogowych zaoferowanego asortymentu celem weryfikacji zgodności zaoferowanego asortymentu z wymogami SIWZ..

Wprowadzenie powyższego wymogu jest uzasadnione tym, aby zamawiający w toku postępowania, już na etapie weryfikacji wykonawców, którzy złożyli oferty mógł dokonać oceny czy dany wykonawca nie podlega wykluczeniu (Art. 24 ust. 2 pkt 3 UZP), w szczególności z uwagi na fakt czy oferowany sprzęt medyczny specjalistyczny jest zgodny z przedmiotem zamówienia (art. 25 ust. 1 pkt 2).

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie dot. Pakietu numer 3

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie w pozycji 10 – 12 produktów jednorazowego użytku.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Koninie

Łukasz Dolata