

WSZ-EP-47/2015

Konin, dn. ... 1.4.2015

Wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę wyposażenia sześciu stanowisk intensywnej terapii dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-47/2015)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Dotyczy: Pakiet nr 2 i 3

I. Czy zamawiający w pakiecie nr 2 pkt.1 dopuści zestaw resuscytacyjny zawierający maski w rozmiarze 4 i 5, objętość 1700 ml pozostałe parametry zgodnie z SIWZ?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

II. Czy zamawiający w pakiecie nr 2 pkt.2 dopuści resuscytator o objętości wdechu 1350 ml przy użyciu dwóch rąk?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

III. Czy zamawiający w pakiecie nr 2 pkt.4 i 5 ma na myśli temperaturę magazynowania oraz temperaturę użycia, jeśli tak to czy zamawiający dopuści temperaturę składowania w zakresie -40 do 60 oraz temperaturę użytkowania -18 do 50?

Odpowiedź: : Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

IV. Czy zamawiający w pakiecie nr 3 wydzieli pozycję 1-4 oraz 6-9 w celu złożenia konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

V. Czy zamawiający z uwagi na oświetlenie LED w laryngoskopach odstąpi od wymogu żarówki kryptonowej z pozycji nr 5 w pakiecie nr 3?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Koninie

Łukasz Dolata