

WSZ-EP-47/826/2015

Konin, dn.14. PAŹ. 2015

Wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę wyposażenia sześciu stanowisk intensywnej terapii dla Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-47/2015)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Pakiet 1: Ssak elektryczny dwubutłowy

1. Czy Zamawiający dopuści ssak wyposażony w pompę typu membranowego? Jest to różnica techniczna nie mająca wpływu na parametry ssaka. Pompa typu membranowego zapewnia większą trwałość urządzenia.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

2. Czy Zamawiający dopuści ssak o maksymalnym poborze mocy 127VA? Ze względu na pracę urządzenia na prądzie zmiennym moc urządzenia podaje się w jednostkach VA. Po uwzględnieniu przesunięcia fazowego parametr ten powinien odpowiadać mocy 90W.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Koninie

Lukasz Dolata