

WSZ-EP-7/ZO/.....⁴⁰²...../2016

Konin, dnia²⁰¹⁶⁻⁰⁵⁻¹⁶.....

Wg rozdzielnika

Dotyczy zapytania ofertowego nr WSZ-EP-7/ZO/2016 na dostawę systemu do przedniej i tylnej reperatury przepony moczowo-płciowej oraz zestawu do leczenia wysiłkowego nie trzymania moczu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika pytaniami do zapytania ofertowego na dostawę systemu do przedniej i tylnej reperatury przepony moczowo-płciowej oraz zestawu do leczenia wysiłkowego nie trzymania moczu uprzejmie wyjaśniamy:

1) Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 1:

- 40 szt. systemów do leczenia wysiłkowego nie trzymania moczu u kobiet, monofilamentowych, polipropylenowych, z plastikową osłonką na ramionach, jednorodnych, niewchłaniających, o długości 45 cm, szerokości 1,1 cm, porowatości max 1870 μm , grubości taśmy 0,33 mm, gramaturze 48 g/m^2 , wytrzymałości na rozciąganie 70 N/cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca),
oraz
- 2 szt. igieł wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, spiralnych, prawa i lewa, o grubości 4 mm, do implantacji przez otwory zasłonowe ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego produktu.

2) Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 2:

- 30 szt. systemów do przedniej reperatury przepony moczowo-płciowej, siatki jednorodnej, niewchłaniającej, o anatomicznym kształcie, trapezy z czterema ramionami pokrytymi plastikową osłonką, monofilament, polipropyleń, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m^2 , porowatość max 1870 μm , wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wysokość implantu (odległość między ramionami) 8 cm, długość ramion: górne 38 cm, dolne 45 cm, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca),
oraz
- 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, do implantacji metodą przezzasłonową ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego produktu.

3) Czy Zamawiający dopuści w Pakiecie nr 3:

- 10 szt. systemów do tylnej reperatury przepony moczowo-płciowej, jednorodnych, niewchłaniających, o anatomicznym kształcie, dwa ramiona pokryte plastikową osłonką, monofilament, polipropyleń, grubość siatki 0,33 mm, gramatura 48 g/m^2 , porowatość max 1870 μm , długość ramion 45 cm,



szerokość ramion 1,1 cm, wytrzymałość na rozciąganie 70 N/cm, wysokość implantu 12 cm, wypustka: wysokość 4 cm, szerokość 3,5 cm, brzegi zakończone bezpiecznymi pętelkami, wykonane w technologii quadriaxial (geometria romboidalna, obecność włókien skośnych, podwójna nić wzmacniająca),

oraz

- 1 szt. igły wielorazowego użytku, ze stali chirurgicznej, o średnicy 4 mm, do implantacji przez pośladki ?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego produktu.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego
w Koninie

Łukasz Dolata