

WSZ-EP-7/ZO/.....⁴⁰³...../2016

Konin, dnia2016-05-06

Wg rozdzielnika

Dotyczy zapytania ofertowego nr WSZ-EP-7/ZO/2016 na dostawę systemu do przedniej i tylnej reperacji przepony moczowo-płciowej oraz zestawu do leczenia wysiłkowego nie trzymania moczu dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika pytaniami do zapytania ofertowego na dostawę systemu do przedniej i tylnej reperacji przepony moczowo-płciowej oraz zestawu do leczenia wysiłkowego nie trzymania moczu uprzejmie wyjaśniamy:

Pytanie nr 1 do pakietu nr 1

Czy Zamawiający dopuści produkt o następujących parametrach:

Taśma podcewkowa TOT-System do operacyjnego leczenia nie trzymania moczu u kobiet . Parametry:

1. System jednorazowy
2. Monofilamentowa, 100% polipropylenowa, niewchłaniałna taśma: szerokość - 1,3 cm, grubość – 0,40 mm, gramatura - 62g/m²
3. Laserowo zgrzewane brzegi taśmy .
4. System 2 jednorazowych igieł , charakteryzujący się ergonomicznym projektem uchwytu i dwu płaszczyznowym wygięciem igieł o średnicy 3,25 mm i 4 mm z tzw. pamięcią powrotną.
5. Nie traumatyczne połączenie igieł z końcami taśmy.
5. Implantacja z dostępu przez otwory zasłonięne, out-in oraz in -out .

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza powyższego produktu.

Z poważaniem

DYREKTOR
Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego
w Koninie

Łukasz Dolata