

WSZ-EP-72/¹⁴¹³...../2016

Konin, 29 GRU. 2016

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 209 000 euro na dostawę dializatorów i wyrobów medycznych dla potrzeb Stacji Dializ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie – nr sprawy WSZ-EP-72/2016

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 2 – FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET 6

Pytanie 1 – dotyczy poz. 1

Prosimy o dopuszczenie zestawów cewników czasowych, 2 – kanałowych, z ramionami prostymi wg następującego opisu: z poliuretanu, cewnik dwukanałowy 12F x 20 cm, przewodnik J ,035" x 60 cm, rozszerzacz w rozmiarze dopasowany do średnicy cewnika, igła punkcyjna prosta 18G x 6,35 cm, zakrętki luer-lock, strzykawka 5ml oraz skrzydełka mocujące.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie i w związku z powyższym zamieści modyfikację SIWZ WSZ-EP-72/2016 na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pytanie 2 – dotyczy poz. 2

Prosimy o dopuszczenie zestawów cewników czasowych, 2 – kanałowych, z ramionami prostymi wg następującego opisu: z poliuretanu, cewnik dwukanałowy 12F x 20 cm, przewodnik J ,035" x 60 cm, rozszerzacz w rozmiarze dopasowany do średnicy cewnika, igła punkcyjna prosta 18G x 6,35 cm, zakrętki luer-lock, strzykawka 5ml oraz skrzydełka mocujące. Przepływ 450ml/min.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie i w związku z powyższym zamieści modyfikację SIWZ WSZ-EP-72/2016 na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pytanie 3 – dotyczy poz. 3

Prosimy o dopuszczenie cewnik permanentny w zestawie do implantacji wg następującego opisu: o średnicy 15 Fr, zapewniający przepływ 450ml/min przy ciśnieniu powyżej 150mmHg, wykonany z carbothanu, o przekroju podwójne D, 15 Fr długości od końca cewnika do mufki do długości całkowitej cewnika 19/23 cm.

Zestaw zawiera:

1 cewnik: 15 Fr.

1 rozrywaną hemostatyczną koszulkę dializacyjną **16 Fr.**/ pełni funkcję introduktora

1 przewodnicę drutową: 0,038" (0,97mm) x 39-1/2" (100 cm) prosta, sztywna końcówka z jednej strony – końcówka typu "J" z drugiej wraz z Arrow Advancer™

1 igłę wprowadzającą: 18 Ga. x 2-1/2" (6,35 cm)

- 2 kapturki Luer-Lock
- 1 rozszerzadło tunelu
- 1 opatrunek: 10 cm x 12 cm
- 1 rozszerzadło tkankowe: 12 Fr.
- 1 rozszerzadło tkankowe: 14 Fr.
- 1 pojemnik na ostre odpady
- 1 bezpieczny skalpel: #11
- Mankiet uszczelniający / mufka zaciski cewnika
- 1 kartę identyfikacyjną pacjenta

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie i w związku z powyższym zamieści modyfikację SIWZ WSZ-EP-72/2016 na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pytanie 4 – dotyczy poz. 4

Prosimy o dopuszczenie cewnik permanentny w zestawie do implantacji wg następującego opisu: o średnicy 15 Fr, zapewniający przepływ 450ml/min przy ciśnieniu powyżej 150mmHg, wykonany z carbothanu, o przekroju podwójne D, 15 Fr długości od końca cewnika do mufki do długości całkowitej cewnika 23/28 cm.

Zestaw zawiera:

- 1 cewnik: 15 Fr.
- 1 rozrywaną hemostatyczną koszulkę dializacyjną 16 Fr./ pełni funkcję introduktora
- 1 prowadnicę drutową: 0,038" (0,97mm) x 39-1/2" (100 cm) prosta, sztywna końcówka z jednej strony – końcówka typu "J" z drugiej wraz z Arrow Advancer™
- 1 igłę wprowadzającą: 18 Ga. x 2-1/2" (6,35 cm)
- 2 kapturki Luer-Lock
- 1 rozszerzadło tunelu
- 1 opatrunek: 10 cm x 12 cm
- 1 rozszerzadło tkankowe: 12 Fr.
- 1 rozszerzadło tkankowe: 14 Fr.
- 1 pojemnik na ostre odpady
- 1 bezpieczny skalpel: #11
- Mankiet uszczelniający / mufka zaciski cewnika
- 2 kartę identyfikacyjną pacjenta

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie i w związku z powyższym zamieści modyfikację SIWZ WSZ-EP-72/2016 na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pytanie 5 – dotyczy poz. 5

Prosimy o dopuszczenie cewnika dializacyjnego permanentnego w zestawie do implantacji wg następującego opisu: o średnicy 15 Fr, z końcówką split „V”; sterylne. Możliwość dokupienia zestawów naprawczych do poszczególnych długości cewników 15 Fr dł. 19 cm do mufki,

Zestaw zawiera:

- 1: cewnik wykonany z poliuretanu odpornego na alkoholowe środki dezynfekcyjne, 15 Fr/10,10 Ga, z mufką, z możliwością wymiany zewnętrznej części cewnika, z kształtem otworów cewnika zapobiegającym recyrkulacji.
- 1: zestaw koszulka rozrywalna z zastawka hemostatyczną/rozszerzadło 16 Fr
- 1: prowadnica drutowa 0,038"/100 cm [koniec prosty-sztywny, końcówka „J”] w zestawie
- 1: igła punkcyjna 18 Ga/2,5" [6,35 cm]
- 1: wstępnie zmontowany tunelizator [metalowy] z gwintowaną nasadką uciskową i mankiem uszczelniającym

- 1: zespół rozgałęziacza
- 2: koreczki Luer-Lock
- 1: rozszerzadło tunelizacyjne
- 1: rozszerzało tkankowe 12 Fr
- 1: rozszerzało tkankowe 14 Fr
- 1: mankiet uszczelniający
- 1: łącznik z zaciskiem w postaci nożyczek
- 1: zacisk cewnika
- 1: samoprzylepny opatrunek na ranę Tegaderm 10X12 cm
- 1: skalpel wysuwany
- 1: pojemnik na igły

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie i w związku z powyższym zamieści modyfikację SIWZ W SZ-EP-72/2016 na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pytanie 6 – dotyczy poz. 6

Prosimy o dopuszczenie cewnika dializacyjnego permanentnego w zestawie do implantacji wg następującego opisu: o średnicy 15 Fr, z końcówką split „V”; sterylne. Możliwość dokupienia zestawów naprawczych do poszczególnych długości cewników 15 Fr dł. 23 cm do mufki,

Zestaw zawiera:

- 1: cewnik wykonany z poliuretanu odpornego na alkoholowe środki dezynfekcyjne, 15 Fr/10,10 Ga, z mufą, z możliwością wymiany zewnętrznej części cewnika, z kształtem otworów cewnika zapobiegającym recyrkulacji.
- 1: zestaw koszulka rozrywalna z zastawką hemostatyczną/rozszerzadło 16 Fr
- 1: prowadnica drutowa 0,038"/100 cm [koniec prosty-sztywny, końcówka „J”] w zestawie
- 1: igła punkcyjna 18 Ga/2,5" [6,35 cm]
- 1: wstępnie zmontowany tunelizator [metalowy] z gwintowaną nasadką uciskową i mankiem uszczelniającym
- 1: zespół rozgałęziacza
- 2: koreczki Luer-Lock
- 1: rozszerzadło tunelizacyjne
- 1: rozszerzało tkankowe 12 Fr
- 1: rozszerzało tkankowe 14 Fr
- 1: mankiet uszczelniający
- 1: łącznik z zaciskiem w postaci nożyczek
- 1: zacisk cewnika
- 1: samoprzylepny opatrunek na ranę Tegaderm 10X12 cm
- 1: skalpel wysuwany
- 1: pojemnik na igły

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie i w związku z powyższym zamieści modyfikację SIWZ W SZ-EP-72/2016 na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Pytanie 7 – dotyczy poz. 7

Prosimy o dopuszczenie cewnika dializacyjnego permanentnego w zestawie do implantacji wg następującego opisu: o średnicy 15 Fr, z końcówką split „V”; sterylne. Możliwość dokupienia zestawów naprawczych do poszczególnych długości cewników 15 Fr dł. 55 cm długość całkowita

Zestaw zawiera:

- 1: cewnik wykonany z poliuretanu odpornego na alkoholowe środki dezynfekcyjne, 15 Fr/10,10 Ga, z mufą, z możliwością wymiany zewnętrznej części cewnika, z kształtem otworów cewnika zapobiegającym recyrkulacji.

- 1: zestaw koszulka rozrywalna z zastawką hemostatyczną/rozszerzadło 16 Fr
- 1: prowadnica drutowa 0,038"/100 cm [koniec prosty-sztywny, końcówka „J”] w zestawie
- 1: igła punkcyjna 18 Ga/2,5" [6,35 cm]
- 1: wstępnie zmontowany tunelizator [metalowy] z gwintowaną nasadką uciskową i mankietem uszczelniającym
- 1: zespół rozgałęziacza
- 2: koreczki Luer-Lock
- 1: rozszerzadło tunelizacyjne
- 1: rozszerzało tkankowe 12 Fr
- 1: rozszerzało tkankowe 14 Fr
- 1: mankiet uszczelniający
- 1: łącznik z zaciskiem w postaci nożyczek
- 1: zacisk cewnika
- 1: samoprzylepny opatrunek na ranę Tegaderm 10X12 cm
- 1: skalpel wysuwany
- 1: pojemnik na igły

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie i w związku z powyższym zamieści modyfikację SIWZ WSZ-EP-72/2016 na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 2 – FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

PAKIET 7

Pytanie 1

Prosimy o dopuszczenie cewnika dializacyjnego permanentnego do hemodializy wg następującego opisu: Zestaw z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy. Cewnik o rozmiarze 15FR, końcówka cewnika zakończona niesymetrycznie, różnica pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętnicznym.

Zestaw zawiera: 1 cewnik: 15 Fr/10,10Ga

- 1 rozrywaną hemostatyczną koszulkę dializacyjną 16 Fr./ pełni funkcję introduktora
- 1 prowadnicę drutową: 0,038" (0,97mm) x 39-1/2" (100 cm) prosta, sztywna końcówka z jednej strony – końcówka typu "J" z drugiej prosta
- 1 igłę wprowadzającą: 18 Ga. x 2-1/2" (6,35 cm)
- 2 kapturki Luer-Lock
- 1 rozszerzadło tunelu
- 1 opatrunek: 10 cm x 12 cm
- 1 rozszerzadło tkankowe: 12 Fr.
- 1 rozszerzadło tkankowe: 14 Fr.
- 1 pojemnik na ostre odpady
- 1 bezpieczny skalpel: #11

Mankiet uszczelniający / mufka zaciski cewnika

- 1 kartę identyfikacyjną pacjenta

Podana długość cewnika jest długością od końca cewnika do mufki: 19,23,27,31,50 cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie i w związku z powyższym zamieści modyfikację SIWZ WSZ-EP-72/2016 na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 2 – FORMULARZ ASORTYMENTOWO-CENOWY

Pytanie 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie pakietów które nie dotyczą Wykonawcy? Pozytywna odpowiedź ułatwi sporządzenie oferty i znacznie ograniczy jej objętość.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SIWZ WSZ-EP-72/2016 punkt 5.6 Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na wybrany pakiet/pakiety.

PYTANIA DOTYCZĄCE ZAŁĄCZNIKA NR 3 – PROJEKT UMOWY

Pytanie 1 – dotyczy §1 ust. 2

Prosimy o modyfikację w/w zapisów na następujące:

„Zamawiający zastrzega sobie zamówienie ilości mniejszych, zgodnych z faktycznymi potrzebami Szpitala, w granicach 20% od ilości określonych w formularzu asortymentowo-cenowym.”

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 – dotyczy §6 ust. 1

Prosimy o modyfikację w/w zapisów na następujące:

„1. Wykonawca zapłaci kary umowne:

- 1) za nieterminową dostawę w wysokości 0,2% wartości brutto towaru dostarczonego ze zwłoką za każdy dzień zwłoki,*
- 2) za opóźnienie w wymianie reklamowanego przedmiotu umowy na nowy w wysokości 0,2% wartości brutto danego asortymentu podlegającego reklamacji – za każdy dzień zwłoki,*
- 3) za odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 10% wartości niezrealizowanej części umowy”*

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Dorota Kotecka