

WSZ-EP-72/¹⁴⁷⁹...../2016

Konin,²⁹...GRU. 2016

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 209 000 euro na dostawę dializatorów i wyrobów medycznych dla potrzeb Stacji Dializ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie – nr sprawy WSZ-EP-72/2016

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Dotyczy: WSZ-EP-72/2016, Pakiet 6, ilość pozycji 7, pozycja 1

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwukanałowy poliuretanowy 12FR o długości 20cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczonego przewodnika J-Flex Tip 0.038", dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie i w związku z powyższym zamieści modyfikację SIWZ WSZ-EP-72/2016 na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Dotyczy: WSZ-EP-72/2016, Pakiet 6, ilość pozycji 7, pozycja 2

Czy Zamawiający dopuści cewnik dwukanałowy poliuretanowy 14FR o długości 20cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczonego przewodnika J-Flex Tip 0.038", dwa koreczki heparynizowane.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie i w związku z powyższym zamieści modyfikację SIWZ WSZ-EP-72/2016 na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie pozycji 1 oraz pozycji 2 z Pakietu 6 i stworzy osobny pakiet?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Dorota Kotecka