

WSZ-EP-38/688/2015

Konin, dn. ....27-08-2015

**Wg rozdzielnika**

**WYJAŚNIENIA DO SIWZ**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 5 186 000 euro na wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie i dostosowaniu pomieszczeń Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie przy ul. Szpitalnej 45 i Kard. S. Wyszyńskiego 1 (nr sprawy: WSZ-EP-38/2015)**


W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Czy dopuszczalna jest różnica w wyposażeniu zestawów przyłóżkowych w stosunku do opisu w projekcie Technicznym Szpital Konin:

- ścianka konstrukcyjna panelu 2 mm/ w PT 3 mm/
- ścianki boczne z tworzywa mocowane bez śrub i nitów /w PT z aluminium/
- gniazdka elektryczne mocowane prostopadle do powierzchni podłogi /w PT pod kątem 30 – 40%
- górna część panelu zawiera kanał oświetleniowy z 1 rodzajem oświetlenia / w PT z 3 rodzajami oświetlenia
- dolna część profilu zawiera kanał oświetleniowy z dwoma rodzajami oświetlenia pozostałe parametry zgodnie z opisem z PT.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

Z-ca Dyrektora ds. Lecznictwa

  
Piotr Winkler