

Konin, 06-03-2017 r.

WSZ-EP-10/300/2017

wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIA DO SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę systemu implantu zakotwiczonego w kości z procesorem dźwięku i osprzętem chirurgicznym jednorazowym do implantacji dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, nr sprawy: WSZ-EP-10/2017

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

Pytanie 1 (dotyczy Pakiet 1 pkt. 2.1):

Czy Zamawiający dopuści Implant magnetyczny w tytanowej obudowie kotwiczony w kości skroniowej, mocowany min. 4 śrubami. Po wszczępieniu cały implant znajduje się pod skórą, brak zaczepeu przechodzącego przez skórę.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie i w związku z tym zamieści modyfikację SIWZ na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomicznych i Finansowych

Dorota Kotecka

Sporządziła: Ż. Borowska