



Konin, 18-03-2016 r.

WSZ-EP-14/ 234 /2016

wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę wyrobów medycznych stosowanych przy leczeniu spastyczności odpornej na leczenie farmakologiczne z zastosowaniem pompy baclofenowej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie, (nr sprawy: WSZ-EP-14/2016)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), uprzejmie wyjaśniamy:

Pytanie 1 dotyczy pakietu 1:

Czy zamawiający dopuści do postępowania pompy o cechach:

POMPA INFUZYJNA PROGRAMOWALNA:

- programowalny zakres przepływu: od 0,0 ml do 28,8 ml/dzień.
- precyzja dawki: $\pm 3\%$ niezależnie od temperatury, zmian ciśnienia i stanu baterii.
- objętość zbiornika: 20ml.
- trzon pompy: elastyczne silikonowe ramię (elastyczność 90°).
- odporność na przekłucia memberany 1000 razy
- możliwość wykonania MRI
- żywotność baterii pompy 10 lat, przy przepływie 25 ml/dzien z zachowaniem pełnej programowalności przez cały okres użytkowania?

CEWNIK DOOPONOWY:

- całkowita długość: 110,0 cm.
- nieprzezierna końcówka wolframowa: 3 mm dalszego zakończenia.
- możliwość docięcia cewnika do odpowiedniej długości.

TUNELIZATOR:

- tunelizator do użycia z cewnikiem o długości 110cm.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Pytanie 2 dotyczy pakietu 1

Czy zamawiający wymaga aby zaferowana pompa posiadała możliwość całkowitego zatrzymania pompy: 0,0ml/dobę?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga powyższego. Zgodnie z SIWZ.