



20 -07- 2015

Konin, dnia

WSZ-EP-27/ 549 /2015

wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro dostawę materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie, (nr sprawy: WSZ-EP-27/2015)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w pakiecie nr 8 w poz. 12 przylepca na białej włókninie perforowanej, półelastycznej o wysokiej przylepności, wodoodpornej, z perforacją co 5 cm, hypoalergiczny, z klejem akrylowym na rolce w rozmiarze 10,1cm x 9,10m?


Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

2. Czy Zamawiający w pakiecie nr 8 w poz. 14 wymaga zaoferowania sterylnego opatrunku do zabezpieczania wkluc obwodowych, posiadającego luźną podkładkę, zaokrąglone brzegi, opakowanie papierowo-papierowe, sklasyfikowanego, zgodnie z regułą 4 dotyczącą wyrobów medycznych, jako wyroby klasy IIa ? Pozostałe parametry zgodne z zapisami SIWZ.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

3. Czy Zamawiający w pakiecie 23 poz.1 dopuści medyczną półmaska typu II R filtrująca klasy FFP2 (Cząstki 0,5-1 mikrometra) o podwyższonym komforcie użytkowania, trójpanelowa, o skuteczności filtrowania minimum 94% dla wirusów i bakterii, Pozostałe parametry zgodne z SIWZ

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.


Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
Tomasz Ciesielski