

Konin, dnia 20-07-2015 r.

WSZ-EP-27/ 552 /2015

wg rozdzielnika

**Wyjaśnienia do SIWZ**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro dostawę materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie, (nr sprawy: WSZ-EP-27/2015)**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

**Pytanie 1**

Zwracamy się z zapytaniem czy w pakiecie nr 6 w pozycjach nr 1 i 2 Zamawiający dopuści serwety włókninowo-propylenowe o gramaturze 62 g/m2 posiadające • Odporność na przesiąkanie płynów 200cm H2O, •Siła wypychania (na sucho) 180kPA (na mokro) 170kPA, •Odporność na przenikanie mikroorganizmów – na sucho – 0 CFU, •Odporność na przenikanie mikroorganizmów – na mokro – 6.0 IB, •Czystość mikrobiologiczna – 210 CFU/100dm2, •Czystość- cząstki stałe – 1,6 IPM, •Pylenie - 1.7 Log10(liczba nitek), •Siła rozciągania (na sucho) – 40N, (na mokro) – 35N w rozmiarach podanych przez Zamawiającego?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.**

**Pytanie 2**

Zwracamy się z zapytaniem czy w pakiecie nr 6 w pozycjach nr 1 i 2 Zamawiający odstąpi od wymogu posiadania przez serwety parametru paraprzepuszczalności?

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pytanie 3**

Zwracamy się z zapytaniem czy w pakiecie nr 6 w pozycjach od nr 1 do nr 3 Zamawiający dopuści podkłady podgipsowe syntetyczne (100% poliester), spełniające pozostałe wymagania Zamawiającego?

**Odpowiedź: Nie dotyczy. Pakiet nr 6 nie obejmuje podkładów podgipsowych.**

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych  
Tomasz Ciesielski