

Konin, 20-05-2016

WSZ-EP-30/462/2016

wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę implantów i protez ortopedycznych oraz śrub, płyt, gwoździ, cementu kostnego używanego w przypadku złamań i rekonstrukcji dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, (nr sprawy: WSZ-EP-30/2016)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), uprzejmie wyjaśniamy:

Pytanie nr 1 do pakietu nr 3

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie czy w pakiecie nr 3 podpunkt nr 22 dotyczącym śruby tytanowej, blokowanej trzypunktowo, bez gwintowania, główka z otworem promienistym system modularny 3,5x60mm nie nastąpiła omyłka pisarska w podaniu zakresu długości śrub i Zamawiający miał na myśli śruby o średnicy 3,5 mm i długości L 16x60 mm , przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów?

Odpowiedź: Tak, nastąpiła omyłka pisarska, Zamawiający miał na myśli śruby o średnicy 3,5 mm i długości L 16x60 mm, przy zachowaniu wszystkich pozostałych parametrów. W związku z powyższym Zamawiający zamieści modyfikację zapisów SIWZ na swojej stronie internetowej.

Z-ca Dyrektora
ds. Pielęgniarstwa

mgr Maria Karczewska