



WSZ-EP-30/ *816* /2015

Konin, dnia ... *30-09-2015* ...r.

wg rozdzielnika

**Wyjaśnienia do SIWZ**

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro dostawę podłoży i testów do diagnostyki mikrobiologicznej dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie, (nr sprawy: WSZ-EP-30/2015)**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.), uprzejmie wyjaśniamy:

1. Pakiet 13 – Szybkie testy kasetkowe:
  - a) czy w pozycji 1 i 2 Zamawiający za kontrolę dodatnią uznaje linię kontrolną w płytce testowej?  
**Odpowiedź: Tak, Zamawiający za kontrolę dodatnią uznaje linię kontrolną w płytce testowej.**
  
2. Pakiet 15 – Testy biochemiczne do identyfikacji drobnoustrojów wraz z odczynnikami do przygotowywania i odczyty testów – metoda manualna:
  - a) czy Zamawiający wymaga uwzględnienia w wycenie oleju parafinowego?  
**Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie wymaga uwzględnienia w wycenie oleju parafinowego.**

Z-ca Dyrektora  
Ekonomiczno-Finansowych  
*Tomasz Ciestelski*