



Konin, 01-06-2016 r.

WSZ-EP-31/470/2016

wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na zakup ambulansu drogowego typu C w systemie ratałnym na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie, (nr sprawy: WSZ-EP-31/2016)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), uprzejmie wyjaśniamy:

Dotyczy noszy głównych:

1. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności nosze główne o udźwigu 227 kg spełniające pozostałe wymagania SIWZ?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

Dotyczy krzeselka kardiologicznego:

1. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności krzeselko kardiologiczne wyposażone w komplet 3 pasów poprzecznych służących do zabezpieczenia pacjenta?

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją SIWZ 31/2016 Zamawiający wymaga, aby krzeselko transportowe (kardiologiczne) wykonane było z materiałów pozwalających na łatwe czyszczenie i dezynfekcję oraz posiadało system pasów bezpieczeństwa. Modyfikację SIWZ 31/2016 Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej.



2. Czy Zamawiający dopuści na zasadzie równoważności krzeselko kardiologiczne wyposażone w twarde oparcie i siedzisko wykonane z materiału typu ABS, odporne na zabrudzenia, nieprzyjmujące płynów, krwi itp., z możliwością dezynfekcji, wyposażone w komplet 3 sztuk poprzecznych pasów służących do zabezpieczenia pacjenta?

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją SIWZ 31/2016 Zamawiający wymaga, aby krzeselko transportowe (kardiologiczne) wykonane było z materiałów pozwalających na łatwe czyszczenie i dezynfekcję oraz posiadało system pasów bezpieczeństwa. Modyfikację SIWZ 31/2016 Zamawiający umieści na swojej stronie internetowej.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

D. Kątecka
Dorota Kątecka

Sporządziła: Żaneta Borowska