

WSZ-EP-37/.....585...../2016

Konin, .....29 CZE. 2016.....

Wg rozdzielnika

### Wyjaśnienia do SIWZ

**Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę materiałów opatrunkowych i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-37/2016)**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), uprzejmie wyjaśniamy:

#### **Pakiet 8 poz.1**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie jako alternatywy półmasksi ochronnej dla personelu medycznego – respiratorowej spełniającej wymogi klasy FFP2 wg EN 149:2001, zarejestrowanej jako środek ochrony osobistej, w kształcie stożka jednopanelowej, wykonanej z materiałów: poliester, melt blown, poliester, posiadającej w części środkowej zawór oddechowy ułatwiający oddychanie, w górnej części maski wyprofilowane usztywnienie na nos, po stronie wewnętrznej (od strony twarzy) pianka zwiększającą komfort użytkowania i ułatwiająca oddychanie, gumki na głowę wykonane z termoplastycznego bezlateksowego materiału ułatwiającego nakładanie maski, skuteczność filtracji cząsteczkowej (dla cząsteczek 0,1 µm ) > 99,9 % , skuteczność filtracji bakteryjnej >99,9%, całkowite przesiąkanie do środka < 2,7 % , penetracja aerozoli testowych <0,95%, opór oddechowy przy wdechu i wydechu ≤2,1 mbar. Op. 10szt.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Brak w/w asortymentu w tym pakiecie.**

#### **Pakiet 12 poz.22**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie opatrunku w rozmiarze 14x19,8cm, spełniającego pozostałe wymogi SIWZ.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Zamawiający umieści modyfikację zapisów SIWZ na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).**

#### **Pakiet 14**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie przyrządu do transferu roztworów z butelek lub worków do strzykawki z filtrem 0,2 µm. Zestaw zawiera zabezpieczający łącznik, gwarantujący sterylność oraz specjalnie zaprojektowane urządzenie typu Spike, umożliwiające łatwe dojście do portu. Otwór wlotowy powietrza posiada filtr i dodatkową zastawkę antyzwrotną chroniącą filtr przed nadmierną wilgocią.

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pakiet 16, poz. 1-6**

Czy strzykawki mają posiadać bezpośrednio na cylindrze oznaczenie producenta (logo) oraz typ strzykawki, co pozwala na właściwy wybór i kontrolę ustawienia menu pompy? Pragniemy nadmienić, światowi producenci strzykawek produkują ww. produkty o tej samej pojemności z przeznaczeniem do różnego typu pomp (które podlegają różnym ustawieniom w menu pompy).

**Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.**

**Pakiet 16, poz. 7**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie koreczka 2 funkcyjnego w kolorze pomarańczowym. Pragniemy nadmienić, iż kolor czerwony koreczka nie ma żadnego uzasadnienia medycznego, a koreczek w kolorze pomarańczowym pozwala tak samo jak koreczek czerwony na szybka identyfikację i odróżnienie go od standardowego białego korka.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Zamawiający umieści modyfikację zapisów SIWZ na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).**

**Pakiet 16, poz. 8**

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie bezigłowego przyrządu z luer-lockiem do transferu leków cytostatycznych, jednorazowego, jałowego, do pobierania leków z fiolek, z filtrem hydrofobowym 0,2  $\mu\text{m}$ , gwarantującym sterylną wentylację i niezawodną eliminację toksycznych oparów oraz dodatkowo wyposażony w filtr cząsteczkowy 5  $\mu\text{m}$ ; z bezigłowym samouszczelniającym się zaworem, zabezpieczającym przed wyciekaniem płynu, łatwym do dezynfekcji, kompatybilnym z końcówkami luer i luer lock.

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie, pozostałe parametry zgodnie z SIWZ. Zamawiający umieści modyfikację zapisów SIWZ na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl).**

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych



*Dorota Kotecka*