

WSZ-EP-39/595/2016

Konin,30-06-2016.....

MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na zakup ambulansu drogowego typu C w systemie ratalnym na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-39/2016)

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) informuję, że modyfikacji ulegają następujące zapisy SIWZ 39/2016:

I. Zamawiający modyfikuje zapisy Załącznika nr 2 do SIWZ 39/2016 – Zestawienie wymaganych parametrów technicznych, w zakresie punktu 12. Nosze główne oraz punktu 10. Przedział medyczny (modyfikacja w zakresie punktu 10 jest konsekwencją odpowiedzi na pytanie Wykonawcy zawartej w piśmie WSZ-EP-39/572/2016 z dnia 28.06.2016 roku), które otrzymują brzmienie:

L.p.	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
10.	Przedział medyczny
	Kabina kierowcy oddzielona od przedziału medycznego rozsuwanymi drzwiami o wysokości min. 1800 mm umożliwiającym swobodne przechodzenie
	Wzmocniona podłoga wyłożona wykładziną antypoślizgową, łatwo zmywalną połączoną szczelnie z pokryciem boków
	Ściany boczne wzmocnione płytami aluminiowymi, przystosowane do zamocowania sprzętu medycznego, pokryte tworzywem sztucznym łatwo zmywalnym środkami do dezynfekcji
	Panel sterujący: Oświetleniem przedziału medycznego Systemem wentylacji przedziału medycznego Systemem ogrzewania i klimatyzacji przedziału medycznego z Funkcją automatycznego utrzymania żądanej temperatury
	min. 1 fotel skierowany przodem do kierunku jazdy zamontowany na ścianie prawej (obrotowe z możliwością regulacji kąta oparcia wyposażone w zintegrowane z oparciami trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowane oparcie i składane siedzisko)
	Obrotowy w zakresie min. 90 stopni fotel u wezglowia noszy (za głową pacjenta) przy ścianie działowej, wyposażony w zintegrowane z oparciem trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa, regulowane oparcie i składane siedzisko
	Półki i schowki na sprzęt medyczno-sanitarny na ścianie lewej i prawej przedziału medycznego, zabezpieczone przed otwarciem w czasie jazdy
	Centralna instalacja tlenowa z 3 punktami poboru typu AGA – gniazda o budowie monoblokowej panelowej (2 punkty na ścianie lewej + 1 w suficie), 2 szt. butli tlenowych 10 l, z reduktorami o



	konstrukcji umożliwiającej montaż i demontaż reduktora bez konieczności używania kluczy, przepływomierz z nawilżaczem
	Termobox do ogrzewania płynów infuzyjnych (w przedziale medycznym wyświetlacz informujący o temperaturze wewnątrz termoboxu)
	Laweta pod nosze główne przesuwana na boki, wysuwana do tyłu z pochyłem umożliwiającym wjazd noszy, pochył umożliwiający zastosowanie pozycji Trendelenburga
	Sufitowy uchwyt do płynów infuzyjnych
	Sufitowe uchwyty dla personelu
	Uchwyt mocujący rękawiczki jednorazowe (pudełko na rękawiczki)
	Energooszczędne oświetlenie neonowe umieszczone po obu stronach górnej części przedziału medycznego – 6 szt. lamp
	Punktowe oświetlenie halogenowe LED zamocowane w suficie (obrotowe) – 2 szt. nad noszami + 1 szt. nad blatem roboczy
12.	Nosze główne
	Przystosowane do prowadzenia reanimacji wyposażone w twarde podłoże
	Możliwość ustawienia pozycji Trendelenburga i Fowlera
	Płynna regulacja nachylenia oparcia pod plecami
	Komplet pasów zabezpieczających – pasy szelkowe i pasy poprzeczne
	Teleskopowy statyw do kroplówki
	Wysuwane rączki do przenoszenia
	Wszystkie powierzchnie metalowe dodatkowo kryte antybakteryjnie, antykorozyjnie lakierem proszkowym o tzw. „porach zamkniętych”
	Parametry transportera: <ul style="list-style-type: none"> - system szybkiego bezpiecznego łączenia z noszami umożliwiający zapięcie noszy przodem i tyłem do kierunku jazdy - możliwość prowadzenia noszy bokiem przez jedną osobę z dowolnej strony noszy - system niezależnego składania się przednich i tylnych goleni transportera w momencie załadunku do ambulansu i rozładunku z ambulansu pozwalający na wprowadzenie zestawu transportowego do ambulansu przez jedną osobę - wszystkie powierzchnie metalowe dodatkowo kryte antybakteryjnie, antykorozyjnie lakierem proszkowym o tzw. „porach zamkniętych” - regulacja wysokości transportera na 7 poziomach, możliwość ustawienia transportera w pozycji p/wstrząsowej - 4 kółka : wszystkie obrotowe w zakresie 360° z możliwością blokowania 2 kółek do pozycji stałej - hamulce na 2 kółkach - rama transportera wykonana z profili o przekroju prostokątnym (podwyższona wytrzymałość na ekstremalne przeciążenia) - dodatkowe uchylne uchwyty transportera -podwójne zabezpieczenie przed przypadkowym złożeniem podwozia transportera. - udźwig min. 227 kg

Pozostałe zapisy Załącznika nr 2 do SIWZ 39/2016 – Zestawienie wymaganych parametrów technicznych bez zmian.



II. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ 39/2016 w zakresie § 17 Opis sposobu przygotowania oferty, pkt. 5, który otrzymuje brzmienie:

5. Wymaga się, aby wykonawca zamieścił ofertę w zamkniętej kopercie zaadresowanej na adres Zamawiającego: Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie, ul. Szpitalna 45 i oznakowana następująco:

„Oferta w przetargu nieograniczonym poniżej 209 000 euro na zakup ambulansu drogowego typu C w systemie ratalnym na potrzeby Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, nr sprawy WSZ-EP-39/2016. Nie otwierać przed 07.07.2016r., godz. 11:00”,

Pozostałe zapisy SIWZ 39/2016 w zakresie § 17 bez zmian.

IV. Zamawiający modyfikuje zapisy SIWZ 39/2016 w zakresie § 18 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, pkt. 1 i 3, które otrzymują brzmienie:

1. Termin składania ofert: nie później niż do dnia 07.07.2016r. do godz. 10:00.

3. Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 07.07.2016r. o godz. 11:00 w świetlicy WSZ w Koninie, ul. Szpitalna 45 (pokój nr 3/8).

Pozostałe zapisy SIWZ 39/2016 w zakresie § 18 bez zmian.

W pozostałym zakresie zapisy SIWZ 39/2016 nie zmieniają się.

Zmodyfikowane Załączniki do SIWZ nr WSZ-EP-39/2016, uwzględniające powyższe zmiany Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

*p.o. Relegi Masel.
maria lombel*

Sporządziła: Ż. Borowska