

25 -10- 2016
Konin,r.

WSZ-EP-57/1071 /2016

wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę aparatu USG dla potrzeb Oddziału ginekologiczno – położniczego oraz mobilnego urządzenia do dekontaminacji stref i pomieszczeń dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie (nr sprawy WSZ-EP-57/2016)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), uprzejmie wyjaśniamy:

1. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG posiadający odświeżanie FRAME RATE powyżej 1000Hz w czasie rzeczywistym?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.


2. Czy Zamawiający dopuści do postępowania wysokiej klasy aparat USG posiadający regulację wysokości panelu w zakresie 14 cm? Możliwość regulacji na poziomie +/- 1cm w rzeczywistości jest niezauważalna oraz w żadnym stopniu nie przeszkadza w pracy osobom wykonującym badania USG.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie i w związku z powyższym zamieści modyfikację załącznika 2.1 do SIWZ WSZ-EP-57/2016 na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

3. Czy Zamawiający dopuści do postępowania głowice endkawitarną o promieniu krzywizny głowki głowicy 11mm oraz parametrach większych niż wymagane pracującej w zakresie częstotliwości 2.6-12.8 MHz, szerszym niż wymagane kącie widzenia- 190 stopni ?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie (za wyjątkiem zmiany kąta widzenia – pkt 50) i w związku z powyższym zamieści modyfikację załącznika 2.1 do SIWZ WSZ-EP-57/2016 na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych


Dorota Kótecka

Sporządziła: K. Lewandowska