



Konin, 25-10-2016 r.

WSZ-EP-57/1074 /2016

wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę aparatu USG dla potrzeb Oddziału ginekologiczno –położniczego oraz mobilnego urządzenia do dekontaminacji stref i pomieszczeń dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie (nr sprawy WSZ-EP-57/2016)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniem dotyczącym SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020), uprzejmie wyjaśniamy:

Pytanie do Pakietu nr 2 zał. nr 1 do SIWZ

1. Czy Zamawiający dopuści złożenie oferty w celu przedstawienia korzystniejszej oferty? Propozycja dotyczy urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń działające na zasadzie plazmy niskotemperaturowej? Urządzenia działają 24h/dobę 7 dni w tygodniu w obecności pacjenta dezynfekując powietrze w pomieszczeniach z bakterii, wirusów, grzybów i spor? Nasze urządzenie nie wymaga wymiany filtrów, części zamiennych co sprawia, że jest bardzo oszczędne w użytkowaniu, a największą jego zaletą jest to że wystarczy je tylko przetrzeć z kurzu nie wymaga żadnej ingerencji personelu. Skuteczność działania poparta jest badaniami klinicznymi oraz referencjami z placówek służby zdrowia. Proponowane urządzenie jest mobilne na stojaku lub montowane na ścianie, jego waga to tylko 4,5 kg, czyli zajmuje bardzo mało miejsca i jest prawie nie zauważalne gdy wisi na ścianie, może być też umieszczone na stojaku przez co staje się urządzeniem mobilnym. Posiada dwa tryby ustawienia w zależności od wielkości pomieszczenia powyżej 220 m³/h, posiada wszystkie certyfikaty potrzebne w placówkach medycznych.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

2. Do jakiej wielkości pomieszczenia Zamawiający potrzebuje urządzenie do dekontaminacji powietrza?

Odpowiedź: Zgodnie z modyfikacją z dnia 25.10.2016r, pismo numer WSZ-EP-57/1076/2016r.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie większej ilości urządzeń o mniejszej wielkości, dobór ilości urządzeń jest uzależniony od wielkości pomieszczenia?

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ.

4. Czy zamawiający dopuści złożenie ofert na urządzenie mobilnego (na kółkach) działającego na zasadzie plazmy niskotemperaturowej oraz posiadającego dodatkowe filtry:



wstępny, hepa oraz węglowy, które mają na celu jeszcze dokładniejsze oczyszczanie powietrza. Przy maksymalnej prędkości obrotowej wentylatora urządzenie może oczyścić do 1000m³/h. Urządzenie mobilne o wadze nie większej niż 25 kg i wymiarach 95 x 50 x 46 cm, posiada wszystkie potrzebne certyfikaty.

Odpowiedź: Zgodnie z SIWZ. Zamawiający zamierza zakupić urządzenie do dekontaminacji sprzętu i pomieszczeń a nie tylko powietrza.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Dorota Kotecka