



WSZ-EP-57/2016/2016

Konin, dnia 25.10.2016

MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę aparatu USG dla potrzeb Oddziału ginekologiczno –położniczego oraz mobilnego urządzenia do dekontaminacji stref i pomieszczeń dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie (nr sprawy WSZ-EP-57/2016)

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) informuję, że modyfikacji ulegają następujące zapisy SIWZ WSZ-EP-57/2016 oraz załączników 2.1 i 2.2 do SIWZ WSZ-EP- 57/2016

I. Załączniki numer 2.1 i 2.2 do SIWZ WSZ-EP- 57/2016 w następujących punktach, które otrzymują brzmienie:

Załącznik 2.1

Aparat USG dla potrzeb Oddziału ginekologiczno – położniczego – 1 sztuka

Parametry wymagane	
4.	ZAKRES STOSOWANYCH CZĘSTOTLIWOŚCI PRACY (OKREŚLONY CZĘSTOTLIWOŚCIAMI PRACY GŁÓWIC W APARACIE W ZAKRESIE OD NIE WIĘCEJ NIŻ 1,3 DO NIE MNIEJ NIŻ 14 MHZ
5.	ZAKRES GŁĘBOKOŚCI OBRAZOWANIA, BEZ UŻYCIA FUNKCJI ZOOM OD NIE WIĘCEJ NIŻ 2 DO NIE MNIEJ NIŻ 30 CM
8	REGULACJA WYSOKOŚCI POŁOŻENIA KONSOLI OPERATORA MIN. 14 CM
49	CZĘSTOTLIWOŚCI PRACY GŁÓWICY W ZKRESIE OD NIE WIĘCEJ NIŻ 4 MHZ DO NIE MNIEJ NIŻ 9 MHZ
51	PROMIENŃ KRZYWIZNY GŁÓWKI MAX.11 MM



Załącznik 2.2

Mobilne urządzenie do dekontaminacji stref i pomieszczeń- 1 sztuka

L.p.	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia
5.	<p>Wymiary urządzenia wraz z panelem sterującym i wbudowanym schowkiem na wszystkie dostarczane akcesoria : 650x1510x710mm ± 15mm</p> <p>Waga – 95kg ± 5kg</p> <p>Zamawiający dopuszcza urządzenie o wymiarach 500x 800 x 1100 oraz o wadze około 70 kg pod warunkiem , że są to wymiary i waga jednego urządzenia.</p>
6.	<p>Do prawidłowego przebiegu procesu zgodnego z wytycznymi producenta nie jest wymagane przeprowadzanie procedury przygotowania warunków fizykochemicznych w pomieszczeniu tj. osuszanie, ogrzewanie pomieszczenia.</p> <p>Zamawiający dopuszcza urządzenie , które kontroluje w/w parametr i reaguje tak aby zachować stan gazowy nadtlenu wodoru zgodnie z punktem 2 załącznika 2.2 do SIWZ.</p>
7.	<p>Możliwość dekontaminacji pomieszczeń o kubaturze w jednostkowym procesie zarówno poniżej i powyżej 500 m³.</p>
10.	<p>Możliwość dekontaminacji w zakresie temperatur pomieszczenia min. 15-40°C.</p> <p>Zamawiający dopuszcza szerszy zakres temperatur.</p>
30.	<p>Zakres dozowania substancji aktywnej (biobójczej) w zakresie od 2g/min do 20g/min z możliwością regulacji ręcznej w całym zakresie w interwale co 1 g</p>

II. SIWZ WSZ-EP-57/2016 w następujących punktach :

Punkt 6 Termin realizacji przedmiotu zamówienia

Termin dostawy dla pakietu numer 1 i 2 do dnia 28.11.2016r z zastrzeżeniem , iż wraz z dostawą sprzętu będzie dostarczona faktura wraz z protokołem odbioru sprzętu i szkolenia
Konsekwencja powyższej zmiany ma zastosowanie również w zapisie § 3 projektu umowy – termin realizacji przedmiotu zamówienia.



Punkt 10 Opis sposobu przygotowania oferty

10. 7. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

„Oferta w przetargu nieograniczonym poniżej 209 000 euro na dostawę aparatu USG dla potrzeb oddziału ginekologiczno –położniczego i mobilnego urządzenia do dekontaminacji stref i pomieszczeń dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Koninie, nr sprawy: WSZ-EP-57/2016.

„Nie otwierać przed 28.10.2016r., godz. 11:00”

Punkt 13 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

13.1. Termin składania ofert: nie później niż do dnia **28.10.2016r. do godz. 10:00.**

13.2 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu **28.10.2016r. o godz. 11:00 w świetlicy WSZ w Koninie, ul. Szpitalna 45 (pokój nr 3/8).**

Modyfikacji ulega także zapis § 5 punktu 6 projektu umowy w następujący sposób:

„Czas reakcji na zgłoszenie 48h w dni robocze, czas naprawy 3 dni robocze od zgłoszenia.

Gwarancja będzie automatycznie przedłużana o czas od zgłoszenia naprawy do dokonania naprawy”.

W pozostałym zakresie zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie zmieniają się.

W zawiązku z powyższą modyfikacją Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej www.szpital-konin.pl aktualne zmodyfikowane załączniki do SIWZ WSZ-EP-57/2016.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych
D. Kątecka
Dorota Kątecka

Sporządziła: K. Lewandowska