

Konin, 30.09.2016 r.

WSZ-EP-53/969/2016

MODYFIKACJA SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 209 000 euro na dostawę łóżek szpitalnych dla potrzeb Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Koninie.

NR SPRAWY: WSZ-EP-53/2016

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity, Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) informuję, że modyfikacji ulegają następujące zapisy SIWZ 53/2016:

I. Punkt 5. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA.

- Zamawiający modyfikuje w ppkt. 5.2 - Szczegółowy opis zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ WSZ-EP-53/2016-Formularz oferty, poprzez dodanie następującej treści: „...oraz załącznik nr 3 – ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH.”

2. Załącznik nr 1 do SIWZ WSZ-EP-53/2016 - FORMULARZ OFERTY

- Zamawiający modyfikuje zapis w tabeli pod „przedmiotem zamówienia” , który otrzymuje następujące brzmienie:

L.p.	Przedmiot zamówienia	Ilość	Cena jedn. netto w zł	Wartość netto w zł	Podatek VAT	Wartość brutto w zł	Oferowany model/typ, Producent
1.	Łóżko szpitalne – zgodne z załącznikiem numer 3 do SIWZ	35 szt.					
Razem:							

3. Załącznik nr 3 do SIWZ WSZ-EP-53/2016 - ZESTAWIENIE WYMAGANYCH PARAMETRÓW TECHNICZNYCH.

- Zamawiający w pozycji nr 18 wprowadził następujące zmiany:

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametry wymagane	Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie)
1. Łóżko szpitalne czterosegmentowe wraz z wyposażeniem			
1	Łóżka fabrycznie nowe; rok produkcji nie starsze niż 2016 rok.	Tak	

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametry wymagane	Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie)
2	Konstrukcja łóżka wykonana z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym odpornym na uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV	Tak	
3	Wymiary zewnętrzne łóżka:	Tak/Podać	
a	Długość całkowita: 2100 mm(+/- 50 mm)	Tak/Podać	
b	Szerokość całkowita: 1000 mm (+/- 50 mm)	Tak/Podać	
c	wymiar leża 900 mm x 2000 mm; dostosowany w sposób do swobodnego umieszczenia posiadanych przez Zamawiającego materacy o w/w wymiarach; bez luzów i uginania materaca mogącego powodować jego uszkodzenie	Tak/Podać	
4	W narożnikach leża 4 krążki odbojowe chroniące łóżko i ściany przed uderzeniami lub/i otarciami	Tak	
5	Na całej długości elementów zewnętrznych listwy chroniące łóżko i ściany przed otarciami	Tak	
6	Szczyty łóżka wykonane z lekkiego jednolitego odlewu tworzywowego odpornego na działanie temperatury, uszkodzenia mechaniczne, chemiczne oraz promieniowanie UV. Zabezpieczone przed przypadkowym wysunięciem	Tak	
7	Leże 4 segmentowe z min. 3 segmenty ruchomymi	Tak/Podać	
8	Segmenty leża wypełnione mocowaną na stałe siatką stalową wykonaną z pręta stalowego o średnicy minimum 5mm. Każdy ruchomy segment leża wyposażony w uchwyt	Tak/Podać	
9	W narożnikach leża tuleje do mocowania wieszaka kroplówki oraz wysięgnika z uchwytem do ręki.	Tak	
10	Wysokość leża od podłoża 550 mm (+/- 50 mm)	Tak/Podać	
11	Regulacja kąta oparcia pleców, bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 0 – 75 stopni (+/- 10 stopni).	Tak/Podać	
12	Regulacja kąta oparcia uda, bezstopniowo, za pomocą sprężyny gazowej w zakresie: 0 do nie mniej niż 35 stopni. Regulacja segmentu podudzia realizowana za pomocą mechanizmu zapadkowego	Tak/Podać	
13	Regulacja segmentu oparcia pleców oraz uda wykonywana za pomocą za pomocą oddzielnych dźwigni	Tak	

Lp	Nazwa i opis parametru lub funkcji urządzenia	Parametry wymagane	Oświadczenie spełnienia parametru (tak/nie)
14	Podstawa łóżka jezdna wyposażona w 4 koła o średnicy min. 120 mm z blokadą jazdy i obrotu	Tak/Podać	
15	Udźwig łóżka min. 170 kg	Tak/Podać	
17	Możliwość wyboru kolorów wypełnień szczytów	Tak	
18	Lakierowane barierki boczne o wysokości min. 400 mm (+/-5%) montowane do ramy łóżka. Barierki z zabezpieczeniem przed ich przypadkowym opuszczeniem poprzez zwolnienie blokady barierki po naciśnięciu dwóch przycisków. Barierki mocowane za pomocą mechanizmu zaciskowego tj. bez śrub, pokręteł itp. z możliwością umocowania w minimum dwóch pozycjach na ramie łóżka	Tak	

4. Zmiany następują również w punktach:

- **10. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT, ppkt. 10.8, który otrzymuje następujące brzmienie:**

Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

„Oferta w przetargu nieograniczonym poniżej 209 000 euro na dostawę łóżek szpitalnych dla potrzeb Oddziału Leczenia Uzależnień Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. nr sprawy WSZ-EP-53/2016.

Nie otwierać przed 06.10.2016 r., godz. 11:00”.

- **13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT, ppkt. 13.1 oraz 13.2, które otrzymują następujące brzmienie:**

***13.1 Termin składania ofert: nie później niż do dnia 06.10.2016 r. do godz. 10:00. Miejscem składania ofert jest Kancelaria (pokój nr 3/13), ul. Szpitalna 45, 62-504 Konin;**

***13.2 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 06.10.2016 r. o godz. 11:00 w świetlicy WSZ w Koninie, ul. Szpitalna 45 (pokój nr 3/8).**

W pozostałym zakresie zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie zmieniają się.

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

D. Kojacka
Dorota Kojacka