

WSZ-EP-72/1.3.2/2016

### Wg rozdzielnika

### MODYFIKACJA SIWZ WSZ-EP-72/2016

**Dotyczy przetargu nieograniczonego powyżej 209 000 euro na dostawę dializatorów i wyrobów medycznych dla potrzeb Stacji Dializ Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie – nr sprawy WSZ-EP-72/2016**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164; zm.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1020) informuję, że modyfikacji ulegają następujące zapisy SIWZ WSZ-EP-72/2016:

#### **I. Załącznik nr 2 do SIWZ WSZ-EP-72/2016 w następujących pakietach:**

**Pakiet numer 6 – w pakiecie numer 6 Zamawiający dopuszcza następujące rozwiązania:**

##### **W pozycji numer 1:**

- zestawy cewników czasowych, 2 – kanałowych, z ramionami prostymi wg następującego opisu: z poliuretanu, cewnik dwukanałowy 12F x 20 cm, prowadnik J ,035" x 60 cm, rozszerzacz w rozmiarze dopasowany do średnicy cewnika, igła punkcyjna prosta 18G x 6,35 cm, zakrętki luer-lock, strzykawka 5ml oraz skrzydełka mocujące.

- cewnik dwukanałowy poliuretanowy 12FR o długości 20cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczonego prowadnica J-Flex Tip 0.038", dwa koreczki heparynizowane.

##### **W pozycji numer 2:**

zestawy cewników czasowych, 2 – kanałowych, z ramionami prostymi wg następującego opisu: z poliuretanu, cewnik dwukanałowy 12F x 20 cm, prowadnik J ,035" x 60 cm, rozszerzacz w rozmiarze dopasowany do średnicy cewnika, igła punkcyjna prosta 18G x 6,35 cm, zakrętki luer-lock, strzykawka 5ml oraz skrzydełka mocujące. Przepływ 450ml/min.

-cewnik dwukanałowy poliuretanowy 14FR o długości 20cm widoczny w RTG. Biokompatybilny, termowrażliwy materiał cewnika mięknie po implantacji co zwiększa bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Kolorowo kodowane zaciski z opisem przepływów dla ułatwienia doboru właściwego cewnika. Elastycznie zabezpieczające obrotowe skrzydełka. Rozmiar i długość cewnika podana we French naniesiona na piastę cewnika. Zestaw z cewnikiem zawiera: igłę wprowadzającą 18Ga x 7cm, strzykawkę 5ml, cewnik PU widoczny w RTG, dwa rozszerzacze o wymiarach 8Fr x 10cm i 12Fr x 15cm, znaczonego prowadnica J-Flex Tip 0.038", dwa koreczki heparynizowane

**W pozycji numer 3**

cewnik permanentny w zestawie do implantacji wg następującego opisu: o średnicy 15 Fr, zapewniający przepływ 450ml/min przy ciśnieniu powyżej 150mmHg, wykonany z carbothanu, o przekroju podwójne D, 15 Fr długości od końca cewnika do mufki do długości całkowitej cewnika 19/23 cm.

Zestaw zawiera:

1 cewnik: 15 Fr.

1 rozrywaną hemostatyczną koszulkę dializacyjną 16 Fr./ pełni funkcję introduktora

1 prowadnicę drutową: 0,038" (0,97mm) x 39-1/2" (100 cm) prosta, sztywna końcówka z jednej strony – końcówka typu "J" z drugiej wraz z Arrow Advancer™

1 igłę wprowadzającą: 18 Ga. x 2-1/2" (6,35 cm)

2 kapturki Luer-Lock

1 rozszerzadło tunelu

1 opatrunek: 10 cm x 12 cm

1 rozszerzadło tkankowe: 12 Fr.

1 rozszerzadło tkankowe: 14 Fr.

1 pojemnik na ostre odpady

1 bezpieczny skalpel: #11

Mankiet uszczelniający / mufka zaciski cewnika

1 kartę identyfikacyjną pacjenta

**w pozycji numer 4**

cewnik permanentny w zestawie do implantacji wg następującego opisu: o średnicy 15 Fr, zapewniający przepływ 450ml/min przy ciśnieniu powyżej 150mmHg, wykonany z carbothanu, o przekroju podwójne D, 15 Fr długości od końca cewnika do mufki do długości całkowitej cewnika 23/28 cm.

Zestaw zawiera:

1 cewnik: 15 Fr.

1 rozrywaną hemostatyczną koszulkę dializacyjną 16 Fr./ pełni funkcję introduktora

1 prowadnicę drutową: 0,038" (0,97mm) x 39-1/2" (100 cm) prosta, sztywna końcówka z jednej strony – końcówka typu "J" z drugiej wraz z Arrow Advancer™

1 igłę wprowadzającą: 18 Ga. x 2-1/2" (6,35 cm)

2 kapturki Luer-Lock

1 rozszerzadło tunelu

1 opatrunek: 10 cm x 12 cm

1 rozszerzadło tkankowe: 12 Fr.

1 rozszerzadło tkankowe: 14 Fr.

1 pojemnik na ostre odpady

1 bezpieczny skalpel: #11

Mankiet uszczelniający / mufka zaciski cewnika

2 kartę identyfikacyjną pacjenta

**w pozycji numer 5**

cewnik dializacyjny permanentny w zestawie do implantacji wg następującego opisu: o średnicy 15 Fr, z końcówką split „V”; sterylne. Możliwość dokupienia zestawów naprawczych do poszczególnych długości cewników 15 Fr dł. 19 cm do mufki,

Zestaw zawiera:

- 1: cewnik wykonany z poliuretanu odpornego na alkoholowe środki dezynfekcyjne, 15 Fr/10,10 Ga, z mufą, z możliwością wymiany zewnętrznej części cewnika, z kształtem otworów cewnika zapobiegającym recyrkulacji.
- 1: zestaw koszulka rozrywalna z zastawka hemostatyczną/rozszerzadło 16 Fr
- 1: prowadnica drutowa 0,038"/100 cm [koniec prosty-sztywny, końcówka „J”] w zestawie
- 1: igła punkcyjna 18 Ga/2,5" [6,35 cm]
- 1: wstępnie zmontowany tunelizator [metalowy] z gwintowaną nasadką uciskową i mankietem uszczelniającym
- 1: zespół rozgałęziacza
- 2: koreczki Luer-Lock
- 1: rozszerzadło tunelizacyjne
- 1: rozszerzało tkankowe 12 Fr
- 1: rozszerzało tkankowe 14 Fr
- 1: mankiet uszczelniający
- 1: łącznik z zaciskiem w postaci nożyczek
- 1: zacisk cewnika
- 1: samoprzylepny opatrunek na ranę Tegaderm 10X12 cm
- 1: skalpel wysuwany
- 1: pojemnik na igły

#### **W pozycji numer 6**

Cewnik dializacyjny permanentny w zestawie do implantacji wg następującego opisu: o średnicy 15 Fr, z końcówką split „V”; sterylne. Możliwość dokupienia zestawów naprawczych do poszczególnych długości cewników 15 Fr dł. 23 cm do mufki,

Zestaw zawiera:

- 1: cewnik wykonany z poliuretanu odpornego na alkoholowe środki dezynfekcyjne, 15 Fr/10,10 Ga, z mufą, z możliwością wymiany zewnętrznej części cewnika, z kształtem otworów cewnika zapobiegającym recyrkulacji.
- 1: zestaw koszulka rozrywalna z zastawka hemostatyczną/rozszerzadło 16 Fr
- 1: prowadnica drutowa 0,038"/100 cm [koniec prosty-sztywny, końcówka „J”] w zestawie
- 1: igła punkcyjna 18 Ga/2,5" [6,35 cm]
- 1: wstępnie zmontowany tunelizator [metalowy] z gwintowaną nasadką uciskową i mankietem uszczelniającym
- 1: zespół rozgałęziacza
- 2: koreczki Luer-Lock
- 1: rozszerzadło tunelizacyjne
- 1: rozszerzało tkankowe 12 Fr
- 1: rozszerzało tkankowe 14 Fr
- 1: mankiet uszczelniający
- 1: łącznik z zaciskiem w postaci nożyczek
- 1: zacisk cewnika
- 1: samoprzylepny opatrunek na ranę Tegaderm 10X12 cm
- 1: skalpel wysuwany
- 1: pojemnik na igły

#### **W pozycji numer 7**

cewnik dializacyjny permanentny w zestawie do implantacji wg następującego opisu: o średnicy 15 Fr, z końcówką split „V”; sterylne. Możliwość dokupienia zestawów naprawczych do poszczególnych długości cewników 15 Fr dł. 55 cm długość całkowita

**Zestaw zawiera:**

- 1: cewnik wykonany z poliuretanu odpornego na alkoholowe środki dezynfekcyjne, 15 Fr/10,10 Ga, z mufą, z możliwością wymiany zewnętrznej części cewnika, z kształtem otworów cewnika zapobiegającym recyrkulacji.
- 1: zestaw koszulka rozrywalna z zastawką hemostatyczną/rozszerzadło 16 Fr
- 1: prowadnica drutowa 0,038"/100 cm [koniec prosty-sztywny, końcówka „J”] w zestawie
- 1: igła punkcyjna 18 Ga/2,5" [6,35 cm]
- 1: wstępnie zmontowany tunelizator [metalowy] z gwintowaną nasadką uciskową i mankietem uszczelniającym
- 1: zespół rozgałęziacza
- 2: koreczki Luer-Lock
- 1: rozszerzadło tunelizacyjne
- 1: rozszerzadło tkankowe 12 Fr
- 1: rozszerzadło tkankowe 14 Fr
- 1: mankiet uszczelniający
- 1: łącznik z zaciskiem w postaci nożyczek
- 1: zacisk cewnika
- 1: samoprzylepny opatrunek na ranę Tegaderm 10X12 cm
- 1: skalpel wysuwany
- 1: pojemnik na igły

**Pakiet numer 7 – w pakiecie numer 7 Zamawiający dopuszcza następujące rozwiązania:**

cewnik dializacyjny permanentny do hemodializy wg następującego opisu: Zestaw z cewnikiem do długotrwałego dostępu naczyniowego do hemodializy. Cewnik o rozmiarze 15FR, końcówka cewnika zakończona niesymetrycznie, różnica pomiędzy kanałem żylnym i kanałem tętniczym.

Zestaw zawiera: 1 cewnik: 15 Fr/10,10Ga

- 1 rozrywaną hemostatyczną koszulkę dializacyjną 16 Fr./ pełni funkcję introduktora
  - 1 prowadnicę drutową: 0,038" (0,97mm) x 39-1/2" (100 cm) prosta, sztywna końcówka z jednej strony – końcówka typu "J" z drugiej prosta
  - 1 igłę wprowadzającą: 18 Ga. x 2-1/2" (6,35 cm)
  - 2 kapturki Luer-Lock
  - 1 rozszerzadło tunelu
  - 1 opatrunek: 10 cm x 12 cm
  - 1 rozszerzadło tkankowe: 12 Fr.
  - 1 rozszerzadło tkankowe: 14 Fr.
  - 1 pojemnik na ostre odpady
  - 1 bezpieczny skalpel: #11
- Mankiet uszczelniający / mufka zaciski cewnika
- 1 kartę identyfikacyjną pacjenta
- Podana długość cewnika jest długością od końca cewnika do mufki: 19,23,27,31,50 cm.

**II. SIWZ WSZ-EP-72/2016 w następujących punktach:**

**Punkt 10 Opis sposobu przygotowania oferty**

- 10. 8. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania. Opakowanie powinno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem Wykonawcy, zaadresowane następująco:

„Oferta w przetargu nieograniczonym powyżej 209 000 euro na dostawę dializatorów i wyrobów medycznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie, nr sprawy: WSZ-EP-72/2016.

Nie otwierać przed .....<sup>16 STY. 2017</sup>.....r., godz. 11:00”

**Punkt 13 Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert**

13.1. Termin składania ofert: nie później niż do dnia .....<sup>16 STY. 2017</sup>.....r. do godz. 10:00.

13.2 Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu .....<sup>16 STY. 2017</sup>.....r. o godz. 11:00 w świetlicy WSZ w Koninie, ul. Szpitalna 45 (pokój nr 3/8).

W pozostałym zakresie zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia nie zmieniają się.

W zawiązku z powyższą modyfikacją Zamawiający udostępni na swojej stronie internetowej [www.szpital-konin.pl](http://www.szpital-konin.pl) aktualne zmodyfikowane załączniki do SIWZ WSZ-EP-72/2016.

Z-ca Dyrektora  
ds. Ekonomiczno-Finansowych

  
Dorota Kolečka