

WSZ-EP-24/ZO/1096...../2015

Konin, dnia 2015 -11- 12

Wg rozdzielnika

**Dotyczy zapytania ofertowego nr WSZ-EP-24/ZO/2015 na zakup defibrylatora dla potrzeb
Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego
-w Koninie**

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika pytaniami do zapytania ofertowego na zakup defibrylatora uprzejmie wyjaśniamy:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuści do postępowania defibrylator spełniający większość parametrów , baz funkcji stymulacji zewnętrznej?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Z poważaniem

Z-ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Tomasz Ciesielski