

21/10/2014 S202 Państwa członkowskie - Zamówienie publiczne na dostawy -
Ogłoszenie o zamówieniu - Procedura otwarta

I.II.III.IV.VI.

Polska-Konin: Urządzenia do hemodializy

2014/S 202-356877

Ogłoszenie o zamówieniu

Dostawy

Dyrektywa 2004/18/WE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1) Nazwa, adresy i punkty kontaktowe

Wojewódzki Szpital Zespolony w Koninie

ul. Szpitalna 45

Punkt kontaktowy: Dział Zamówień Publicznych

Osoba do kontaktów: Renata Janik

62-504 Konin

POLSKA

Tel.: +48 632404133

E-mail: szp@szpital-konin.pl

Faks: +48 632404134

Adresy internetowe:

Ogólny adres instytucji zamawiającej: <http://www.szpital-konin.pl>

Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Specyfikacje i dokumenty dodatkowe (w tym dokumenty dotyczące dialogu konkurencyjnego oraz dynamicznego systemu zakupów)

można uzyskać pod adresem: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać na adres: Powyższy(-e) punkt(-y) kontaktowy(-e)

I.2) Rodzaj instytucji zamawiającej

Podmiot prawa publicznego

I.3) Główny przedmiot lub przedmioty działalności

Zdrowie

I.4) Udzielenie zamówienia w imieniu innych instytucji zamawiających

Instytucja zamawiająca dokonuje zakupu w imieniu innych instytucji

zamawiających: nie

Sekcja II: Przedmiot zamówienia

II.1) Opis

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez instytucję zamawiającą:

Dostawa wyrobów medycznych dla potrzeb WSZ w Koninie

II.1.2) Rodzaj zamówienia oraz lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług

Dostawy

Kupno

Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych, miejsce realizacji dostawy lub świadczenia usług: W zakresie pakietów nr 1 i 2 Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy do Magazynu Depozytowego, mieszczącego się w Aptece Szpitalnej pompy baklofenowe oraz zestawy do napełnienia, określone w zamówieniu po zawarciu umowy, które będą do dyspozycji Zamawiającego.

W zakresie pakietów nr 3 i 4 Wykonawca dostarczy każdorazowo przedmiot zamówienia pod wskazany adres domowy chorego lub na Oddział Chorób Nerek Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie w ilościach określonych w indywidualnych zamówieniach przygotowanych przez ośrodek leczący chorych z przewlekłą niewydolnością nerek.

W zakresie pakietów od 5 do 12 Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia do Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie ul. Szpitalna 45 – Apteka Szpitalna.

Kod NUTS PL

II.1.3) Informacje na temat zamówienia publicznego, umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów (DSZ)

Ogłoszenie dotyczy zamówienia publicznego

II.1.4) Informacje na temat umowy ramowej

II.1.5) Krótki opis zamówienia lub zakupu

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa wyrobów medycznych. Przedmiot zamówienia został opisany i podzielony na pakiety. Szczegółowy opis w załączniku B oraz w specyfikacji istotnych warunków zamówienia (nr sprawy WSZ-NZ-53/2014) dostępnej na stronie internetowej zamawiającego - www.szpital-konin.pl

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33181100, 33190000, 33141620, 33692800

II.1.7) Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówień rządowych (GPA)

Zamówienie jest objęte Porozumieniem w sprawie zamówień rządowych (GPA): nie

II.1.8) Części

To zamówienie podzielone jest na części: tak
Oferty można składać w odniesieniu do jednej lub więcej części

II.1.9) Informacje o ofertach wariantowych

Dopuszcza się składanie ofert wariantowych: nie

II.2) Wielkość lub zakres zamówienia

II.2.1) Całkowita wielkość lub zakres:

Powyżej 207 000 euro

II.2.2) Informacje o opcjach

Opcje: nie

II.2.3) Informacje o wznowieniach

Jest to zamówienie podlegające wznowieniu: nie

II.3) Czas trwania zamówienia lub termin realizacji

Informacje o częściach zamówienia

Część nr: 1 Nazwa: Dostawa wyrobów medycznych

1) **Krótki opis**

Pakiet 1

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość sztuk

1 Pompa infuzyjna baclofenowa: - programowalna – szeroki zakres programowalnych parametrów i trybów pracy

— pojemność zbiornika 20 ml lub 40 ml- - alarm informujący o konieczności uzupełnienia leku lub wymiany pompy

— stabilność baklofenu w pompie 180 dni Okres gwarancji na pompę min. 24 miesiące. 10

2 Cewnik dooponowy:

— czterowarstwowy cewnik dedykowany do pomp jw.

— wymiary:

odcinek rdzeniowy 86,4 cm

odcinek pompy 27,9 cm

całkowita długość 114,3 cm 10

3 Tunelizator:

cewnik tunelujący do użycia z cewnikiem długość 60 cm 10

4 Zestaw do napełniania dedykowany do pomp jw. 10

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33190000

3) **Wielkość lub zakres**

Jak w punkcie "krótki opis"

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Wymagania ogólne dla pakietu

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy do Magazynu Depozytowego mieszczącego się w Aptece Szpitalnej pompy baklofenowe oraz zestawy do napełniania określone w zamówieniu, po zawarciu umowy które będą do dyspozycji zamawiającego. Rozliczenie magazynu depozytowego będzie następowało na podstawie raportu zużycia, którego kopia przesyłana będzie do wykonawcy. Wykonawca na podstawie raportu zużycia wystawi zamawiającemu fakturę obejmującą elementy wyszczególnione w raporcie.

Uzupełnienie depozytu będzie odbywało się na podstawie raportu zużycia wystawionego przez zamawiającego, o elementy określone w tym raporcie, w terminie dwóch dni roboczych od daty otrzymania raportu.

Zamawiający zwróci materiały z depozytu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy.

W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom postawionym przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek złożyć opisy produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego.

W pakiecie numer 1 dostawy od dnia 18.3.2015 do dnia 18.3.2016

Część nr: 2 Nazwa: Dostawa wyrobów medycznych

1) **Krótki opis**

Pakiet 2

Lp. Opis przedmiotu zamówienia Ilość sztuk

1 Zestawy do napełniania pomp baklofenowych typu Synchronmed

Wymagany skład zestawu:

— strzykawka 20ml

— filtr 20 µm

— 2 igły

— szablon

— obłożenie

— okres ważności sterylizacji min. 12 miesięcy od daty dostawy 70

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33141620

3) **Wielkość lub zakres**

Jak w punkcie "krótki opis"

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Wymagania ogólne dla pakietu

Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy do Magazynu Depozytowego mieszczącego się w Aptece Szpitalnej pompy baklofenowe oraz zestawy do napełniania określone w zamówieniu, po zawarciu umowy które będą do dyspozycji zamawiającego. Rozliczenie magazynu depozytowego będzie następowało na podstawie raportu zużycia, którego kopia przesyłana będzie do wykonawcy. Wykonawca na podstawie raportu zużycia wystawi zamawiającemu fakturę obejmującą elementy wyszczególnione w raporcie.

Uzupełnienie depozytu będzie odbywało się na podstawie raportu zużycia wystawionego przez zamawiającego, o elementy określone w tym raporcie, w terminie dwóch dni roboczych od daty otrzymania raportu.

Zamawiający zwróci materiały z depozytu po wygaśnięciu lub rozwiązaniu umowy.

W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom postawionym przez Zamawiającego Wykonawca opisy produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego.

W pakiecie numer 2 dostawy od dnia 18.03.2015 r. do dnia 18.03.2016 r.

Część nr: 3 Nazwa: Dostawa wyrobów medycznych

1) **Krótki opis**

Pakiet 3

L.p. Specyfikacja zestawu Ilość sztuk

1. Worki CADO z buforem mleczanowym objętość - 2,0 l ; 2,5 l, stężenie wapnia 1,25; stężenie glukozy : 1,36%, 2.27% 3,86% 6140

2 Płyn dializacyjny CADO z roztworem aminokwasów 2,0l 360

3 Worki dializacyjne z polimerem glukozy - 2,0l 1375

4 Korki "Mini Cap" 9280

5 Zaciski "Clamp" 15

6 Cewnik do dializy otrzewnowej (cewnik Tenckhoffa) 3

7 Dren łączący "Transfer Set" 10

8 Tytanowy Adapter 5

9 Opatrunki 1560

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33692800

3) **Wielkość lub zakres**

Jak w punkcie "krótki opis"

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Wymagania ogólne dla pakietu

Wykonawca każdorazowo dostarczy przedmiot zamówienia pod wskazany adres domowy chorego lub na Oddział Chorób Nerek Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie w ilościach określonych w indywidualnych zamówieniach przygotowanych przez ośrodek leczący chorych z przewlekłą niewydolnością nerek na swój koszt i odpowiedzialność. Termin każdorazowej dostawy nie później niż 7 dni od momentu złożenia zamówienia. Ponadto Wykonawca dostarczy bezpośrednio odbiorcy (choremu) instrukcję w języku polskim, zawierającą niezbędne informacje dotyczące użytkowania zestawu.

W pakiecie numer 3 dostawy najwcześniej od dnia 02.02.2015 r. do dnia 03.02.2016 r.

Część nr: 4 Nazwa: Dostawa wyrobów medycznych

1) **Krótki opis**

Pakiet 4

L.p. Specyfikacja zestawu Ilość sztuk

1. Worki ADO z buforem mleczanowym objętość - 5,0 l ; 2,5 l, stężenie wapnia 1,25; stężenie glukozy : 1,36%, 2,27% 3,86% 720
- 2 Linia główna do aparatu Cyclera 365
- 3 Worki dializacyjne z polimerem glukozy - 2,0l ADO 365
- 4 Dodatkowe zabezpieczenia połączenia 365
- 5 Korki "Mini Cap" 365
- 6 Zaciski "Clamp" 2
- 7 Cewnik do dializy otrzewnowej (cewnik Tenckhoffa) 1
- 8 Dren łączący "Transfer Set" 2
- 9 Tytanowy Adapter 1
- 10 Opatrunki 156

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33692800

3) **Wielkość lub zakres**

Jak w punkcie "krótki opis"

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

Wymagania ogólne dla pakietu

Wykonawca każdorazowo dostarczy przedmiot zamówienia pod wskazany adres domowy chorego lub na Oddział Chorób Nerek Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Koninie w ilościach określonych w indywidualnych zamówieniach przygotowanych przez ośrodek leczący chorych z przewlekłą niewydolnością nerek na swój koszt i odpowiedzialność. Termin każdorazowej dostawy nie później niż 7 dni od momentu złożenia zamówienia. Ponadto Wykonawca dostarczy bezpośrednio odbiorcy (choremu) instrukcję w

języku polskim, zawierającą niezbędne informacje dotyczące użytkowania zestawu.

Umowa w zakresie pakietu numer 4 będzie obowiązywała od dnia zawarcia umowy do dnia 03.02.2016 r.

Część nr: 5 Nazwa: Dostawa wyrobów medycznych

1) Krótki opis

Pakiet 5

Lp. Asortyment Ilość sztuk

Dializatory kapilarne z błoną polisulfonową - niskoprzepływowe, sterylizacja - para wodna

1. - powierzchnia błony 1,0m², - współczynnik ultrafiltracji 10ml/h x mmHg 2000

2. - powierzchnia błony 1,3m² - współczynnik ultrafiltracji 13ml/h x mmHg 2100

3. - powierzchnia błony 1,6m² - współczynnik ultrafiltracji 16ml/h x mmHg 2000

4. - powierzchnia błony 1,8m² - współczynnik ultrafiltracji 18ml/h x mmHg 2400

Dializatory kapilarne z błoną helixonową- wysokoprzepływowe, sterylizacja para wodna

5 - powierzchnia błony 1,4m² - współczynnik ultrafiltracji 38ml/h x mmHg 200

6 - powierzchnia błony 1,8m² - współczynnik ultrafiltracji 53ml/h x mmHg 150

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33181100

3) Wielkość lub zakres

Jak w punkcie "krótki opis"

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom postawionym przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek złożyć:

a) opisy produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność

musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego

b) próbki: w celu zweryfikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia, do oferty należy dołączyć nieodpłatnie próbki w ilościach wskazanych w poniższej tabeli:

Nr pakietu Nr pozycji Ilość szt.

Pakiet 5 poz.2, 4, 5 2

Zamawiający wymaga aby próbki były opisane (nr pakietu i nr pozycji), a także zawierały wykaz załączonych próbek.

W pakiecie numer 5 dostawy najwcześniej od dnia 02.02.2015 r. do dnia 03.02.2016 r.

Część nr: 6 Nazwa: Dostawa wyrobów medycznych

1) Krótki opis

Pakiet 6

Lp. Asortyment Ilość sztuk

Linie krwi

1 Do hemodializy dwuigłowej: Warunek konieczny:

Komplet musi zawierać w jednym opakowaniu linię tętniczą, żylną i worek na płyn.

Linia tętnicza

-zacisk na łączy służy do zamykania przepływu, plastikowa igła do nakłucia

butelki z płynem infuzyjnym, bieżnia pompy 8 mm, dren do ciągłej heparynizacji krwi powinien znajdować się za pompą krwi, odpowietrzacz krwi z układem zawirowującym zapobiegającym traumatyzacji krwinek, przyłącze do pomiaru ciśnienia tętniczego zabezpieczone filtrem transducer protector, przyłącze do kroplówki wyposażone w zacisk i korek zakręcany, przyłącze z membraną do podawania leków lub pobierania krwi za pomocą strzykawki z igłą przed pompą krwi.

Linia żylna

- odpowietrzacz krwi za dializatorem średnicy 22mm z układem zawirowującym zapobiegającym traumatyzacji krwinek, spienianiu i wykrzepianiu krwi z filtrem zatrzymującym skrzepliny oraz przyłącze do pomiaru ciśnienia żylnego za dializatorem, zabezpieczone przez transducer protector, zbiornik odpowietrzacza ma zawierać dreny odprowadzające oraz do podawania leków z zaciskami i korkami zakręcanymi, na linii żylny powinien znajdować się zacisk do zamykania przepływu przy złączeniu z igłą do dializ, przyłącze z membraną do podawania leków lub pobierania krwi za pomocą strzykawki z igłą - przed odprowadzeniem krwi do pacjenta, musi zawierać worek na płyn usuwany z linii oraz do by-passu. 16000

2 Do hemodializy jednoigłowej: Warunek konieczny:

Komplet musi zawierać w jednym opakowaniu linię tętniczą, żylną i worek na płyn.

Linia tętnicza

- zacisk na łączu służy do zamykania przepływu, plastikowa igła do nakłucia butelki z płynem infuzyjnym, bieżnia pompy 8 mm, dren do ciągłej heparynizacji krwi powinien znajdować się za pompą krwi, odpowietrzacz krwi z układem zawirowującym zapobiegającym traumatyzacji krwinek, przyłącze do pomiaru ciśnienia tętniczego zabezpieczone filtrem transducer protector, przyłącze do kroplówki wyposażone w zacisk i korek zakręcany, przyłącze z membraną do podawania leków lub pobierania krwi za pomocą strzykawki z igłą przed pompą krwi.

Linia żylna

- odpowietrzacz krwi za dializatorem średnicy 22mm z układem zawirowującym zapobiegającym traumatyzacji krwinek, spienianiu i wykrzepianiu krwi z filtrem zatrzymującym skrzepliny oraz przyłącze do pomiaru ciśnienia żylnego za dializatorem, zabezpieczone przez transducer protector, zbiornik odpowietrzacza ma zawierać dreny odprowadzające oraz do podawania leków z zaciskami i korkami zakręcanymi, na linii żylny powinien znajdować się zacisk do zamykania przepływu przy złączeniu z igłą do dializ, przyłącze z membraną do podawania leków lub pobierania krwi za pomocą strzykawki z igłą - przed odprowadzeniem krwi do pacjenta, musi zawierać worek na płyn usuwany z linii oraz do by-passu., linia musi zawierać zbiornik opadowy o średnicy 22mm, średnica bieżni pompy krwi = 8mm. 1300

2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

33181100

3) Wielkość lub zakres

Jak w punkcie "krótki opis"

4) Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia

5) Informacje dodatkowe na temat części zamówienia

W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom

postawionym przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek złożyć:

- a) opisy produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego
- b) próbki: w celu zweryfikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia, do oferty należy dołączyć nieodpłatnie próbki w ilościach wskazanych w poniższej tabeli:

Nr pakietu Nr pozycji Ilość szt.

Pakiet 6 poz. 1, 2 2

Zamawiający wymaga aby próbki były opisane (nr pakietu i nr pozycji), a także zawierały wykaz załączonych próbek.

W pakiecie numer 6 dostawy najwcześniej od dnia 02.02.2015 r. do dnia 03.02.2016 r.

Część nr: 7 Nazwa: Dostawa wyrobów medycznych

1) **Krótki opis**

Pakiet 7

Lp. Asortyment Ilość sztuk

1. Filtr płynu dializacyjnego, powierzchnia 2,2 m kw., maksymalne ciśnienie filtracji 2 bary, szybkość filtracji > lub równa 3.75L/min-bar. Filtry dostosowane do aparatów dializacyjnych jakimi dysponuje zamawiający. 100

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33181100

3) **Wielkość lub zakres**

Jak w punkcie "krótki opis"

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom postawionym przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek złożyć:

- a) opisy produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego
- b) próbki: w celu zweryfikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia, do oferty należy dołączyć nieodpłatnie próbki w ilościach wskazanych w poniższej tabeli:

Nr pakietu Nr pozycji Ilość szt.

Pakiet 7 poz. 1 1

Zamawiający wymaga aby próbki były opisane (nr pakietu i nr pozycji), a także zawierały wykaz załączonych próbek.

W pakiecie numer 7 dostawy najwcześniej od dnia 02.02.2015 r. do dnia 03.02.2016 r.

Część nr: 8 Nazwa: Dostawa wyrobów medycznych

1) **Krótki opis**

Pakiet 8

Lp. Asortyment Ilość sztuk

Igły do hemodializ - tętnicza , dobra jakość ostrza długość 25mm z oznakowaniem wskazującym pozycje ostrza, igła typu Safe Touch posiadająca dodatkowe zabezpieczenie ostrza igły przed przypadkowym zakłuciem, obecność zacisku na drenie, sterylizacja promieniami Gamma

1. - średnica 1,8 mm 50

2. - średnica 1,6 mm 300

3. - średnica 1,5 mm 100

Igły do hemodializ - żylna , dobra jakość ostrza długość 25mm z oznakowaniem wskazującym pozycje ostrza, igła typu Safe Touch posiadająca dodatkowe zabezpieczenie ostrza igły przed przypadkowym zakłuciem, obecność zacisku na drenie, sterylizacja promieniami Gamma

4. - średnica 1,8 mm 50

5. - średnica 1,6 mm 300

6. - średnica 1,5 mm 100

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33181100

3) **Wielkość lub zakres**

Jak w punkcie "krótki opis"

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom postawionym przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek złożyć:

a) opisy produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego

b) próbki: w celu zweryfikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia, do oferty należy dołączyć nieodpłatnie próbki w ilościach wskazanych w poniższej tabeli:

Nr pakietu Nr pozycji Ilość szt.

Pakiet 8 poz. 2, 6 2

Zamawiający wymaga aby próbki były opisane (nr pakietu i nr pozycji), a także zawierały wykaz załączonych próbek.

W pakiecie numer 8 dostawy najwcześniej od dnia 02.02.2015 r. do dnia 03.02.2016 r.

Część nr: 9 Nazwa: Dostawa wyrobów medycznych

1) **Krótki opis**

Pakiet 9

Lp. Asortyment Ilość sztuk

Dializator niskoprzepływowo z błoną syntetyczną polinefronową typu Helixon, sterylizacja za pomocą suchych promieni Gamma

1. - powierzchnia błony 1,7m² 480

2. - powierzchnia błony 1,9m² 480

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33181100

3) **Wielkość lub zakres**

Jak w punkcie "krótki opis"

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom postawionym przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek złożyć:

a) opisy produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego

b) próbki: w celu zweryfikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia, do oferty należy dołączyć nieodpłatnie próbki w ilościach wskazanych w poniższej tabeli:

Nr pakietu Nr pozycji Ilość szt.

Pakiet 9 poz. 1, 2 2

Zamawiający wymaga aby próbki były opisane (nr pakietu i nr pozycji), a także zawierały wykaz załączonych próbek.

W pakiecie numer 9 dostawy najwcześniej od dnia 02.02.2015 r. do dnia 03.02.2016 r.

Część nr: 10 Nazwa: Dostawa wyrobów medycznych

1) **Krótki opis**

Pakiet 10

Lp. Asortyment Ilość sztuk

Dializator niskoprzepływowo z błoną syntetyczną polieterosulfonową, sterylizacja za pomocą suchych promieni Gamma

1. - powierzchnia błony 1,3m² 960

2. - powierzchnia błony 1,5m² 960

3. - powierzchnia błony 1,7m² 4800

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33181100

3) **Wielkość lub zakres**

Jak w punkcie "krótki opis"

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom postawionym przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek złożyć:

a) opisy produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego

b) próbki: w celu zweryfikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia, do oferty należy dołączyć nieodpłatnie próbki w ilościach wskazanych w poniższej tabeli:

Nr pakietu Nr pozycji Ilość szt.

Pakiet 10 poz. 2, 3 2

Zamawiający wymaga aby próbki były opisane (nr pakietu i nr pozycji), a także zawierały wykaz załączonych próbek.

W pakiecie numer 10 dostawy najwcześniej od dnia 02.02.2015 r. do dnia 03.02.2016 r.

Część nr: 11 Nazwa: Dostawa wyrobów medycznych

1) **Krótki opis**

Pakiet 11

Lp. Asortyment Ilość sztuk

Igły do hemodializ - tętnicza , dobra jakość ostrza, obecność zacisku na drenie

1. - średnica 1,8 mm 150

2. - średnica 1,6 mm 8000

3. - średnica 1,5 mm 150

Igły do hemodializ - żylna , dobra jakość ostrza, obecność zacisku na drenie

4. - średnica 1,8 mm 150

- 5. - średnica 1,6 mm 8000
- 6. - średnica 1,5 mm 200
- lgy do dializy jednoigłowej
- 7. - średnica 1,8 mm 150
- 8. - średnica 1,6 mm 700
- 9. - średnica 1,5 mm 200

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33181100

3) **Wielkość lub zakres**

Jak w punkcie "krótki opis"

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom postawionym przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek złożyć:

- a) opisy produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego
- b) próbki: w celu zweryfikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia, do oferty należy dołączyć nieodpłatnie próbki w ilościach wskazanych w poniższej tabeli:

Nr pakietu Nr pozycji Ilość szt.

Pakiet 11 poz. 2, 6, 9 2

Zamawiający wymaga aby próbki były opisane (nr pakietu i nr pozycji), a także zawierały wykaz załączonych próbek.

W pakiecie numer 11 dostawy najwcześniej od dnia 02.02.2015 r. do dnia 03.02.2016 r.

Część nr: 12 Nazwa: Dostawa wyrobów medycznych

1) **Krótki opis**

Pakiet 12

Lp. Asortyment Ilość sztuk

1. Zamknięty system do autotransfuzji krwi pooperacyjnej o stopniu filtracji nie więcej niż 40 mikronów 40

2) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV)**

33181100

3) **Wielkość lub zakres**

Jak w punkcie "krótki opis"

4) **Informacje o różnych datach dotyczących czasu trwania lub rozpoczęcia/realizacji zamówienia**

5) **Informacje dodatkowe na temat części zamówienia**

W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom postawionym przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek złożyć:

- a) opisy produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego
- b) próbki: w celu zweryfikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia, do oferty należy dołączyć nieodpłatnie próbki w ilościach wskazanych w poniższej tabeli:

Nr pakietu Nr pozycji Ilość szt.

Pakiet 12 poz. 1 2

Zamawiający wymaga aby próbki były opisane (nr pakietu i nr pozycji), a także zawierały wykaz załączonych próbek.

W pakiecie numer 12 dostawy najwcześniej od dnia 02.02.2015 r. do dnia 03.02.2016 r.

Sekcja III: Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia

III.1.1) Wymagane wadia i gwarancje:

Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości – 29 452,01 zł, a w przypadku składania ofert częściowych na poszczególne pakiety:

- 1 – 6 300
- 2 – 210
- 3 – 4 658,62
- 4 – 1 186,64
- 5 – 7 741
- 6 – 3 374
- 7 – 1 100
- 8 – 29,70
- 9 – 681,60
- 10 – 3 744
- 11 – 296,85
- 12 – 129,60

III.1.2) Główne warunki finansowe i uzgodnienia płatnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je regulujących:

Płatność każdorazowo następowała będzie przelewem w terminie 60 dni od dnia dostarczenia Zamawiającemu poprawnie sporządzonej faktury.

III.1.3) Forma prawna, jaką musi przyjąć grupa wykonawców, której zostanie udzielone zamówienie:

Zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego (np. członkowie konsorcjum) są zobowiązani ustanowić Pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i do zawarcia umowy.

III.1.4) Inne szczególne warunki

Wykonanie zamówienia podlega szczególnym warunkom: nie

III.2) Warunki udziału

III.2.1) Sytuacja podmiotowa wykonawców, w tym wymogi związane z wpisem do rejestru zawodowego lub handlowego

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:

I. Warunki udziału w postępowaniu

1. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

1.1 posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia;

1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi

do wykonania zamówienia;

1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że posiada środki finansowe lub zdolność kredytową zapewniającą wykonanie zamówienia w zakresie wybranych przez siebie pakietów w wysokości min. 50% wartości złożonej oferty.

Oraz zgodnie z art. 26 ust. 2a ustawy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1.

2. Zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

3. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków określonych w pkt. 1.1-1.4 winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci wykonawcy wspólnie. Warunek niepodlegania wykluczeniu z postępowania powinien spełniać każdy z wykonawców samodzielnie.

II. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, do oferty należy dołączyć:

a) oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SMZ,

b) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (jeżeli wykonawca wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, wymaga się przedłożenia informacji dotyczącej tych podmiotów),

III. Ponadto w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Wykonawca składa:

a) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SMZ,

b) aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

c) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające,

że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego

organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

d) aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,

e) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

f) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

g) aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

IV. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy, Wykonawca wraz z ofertą winien złożyć informację o braku przynależności albo listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z nich składa przedmiotowy dokument oddzielnie).

V. Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osoby o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

VI. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o którym mowa w ust. III:

— lit. b), c-d), f) składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

— nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż

6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

— nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne

i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),

— nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie

(wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania

ofert),

— lit. e), g) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8, 10 i 11 ustawy (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

VII. Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę, lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. VI, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem, wystawionym nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, a w przypadku dokumentu lub dokumentów dotyczących potwierdzenia nie zalegania z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo uzyskania przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymania w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionym nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

VIII. W celu potwierdzenia że oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom postawionym przez Zamawiającego Wykonawca ma obowiązek złożyć:

a) opisy produktów, które mają zostać dostarczone, których autentyczność musi zostać poświadczona przez wykonawcę na żądanie zamawiającego - w zakresie pakietów nr 1, 2 i od nr 5 do nr 12

b) próbki: w celu zweryfikowania zgodności oferowanych wyrobów z opisem przedmiotu zamówienia, do oferty należy dołączyć nieodpłatnie próbki w ilościach wskazanych w poniższej tabeli:

Nr pakietu Nr pozycji Ilość szt.

Pakiet 5 poz. 2, 4, 5 2

Pakiet 6 poz. 1, 2 2

Pakiet 7 poz. 1 1

Pakiet 8 poz. 2, 6 2

Pakiet 9 poz. 1, 2 2

Pakiet 10 poz. 2, 3 2

Pakiet 11 poz. 2, 6, 9 2

Pakiet 12 poz. 1 2

Zamawiający wymaga aby próbki były opisane (nr pakietu i nr pozycji), a także zawierały wykaz załączonych próbek.

III.2.2) **Zdolność ekonomiczna i finansowa**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zgodnie z zapisami III.2.1)

III.2.3) **Kwalifikacje techniczne**

Informacje i formalności konieczne do dokonania oceny spełniania wymogów:
Zgodnie z zapisami III.2.1)

III.2.4) **Informacje o zamówieniach zastrzeżonych**

III.3) **Specyficzne warunki dotyczące zamówień na usługi**

III.3.1) **Informacje dotyczące określonego zawodu**

III.3.2) Osoby odpowiedzialne za wykonanie usługi

Sekcja IV: Procedura

IV.1) Rodzaj procedury

IV.1.1) Rodzaj procedury

Otwarta

IV.1.2) Ograniczenie liczby wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do składania ofert lub do udziału

IV.1.3) Zmniejszenie liczby wykonawców podczas negocjacji lub dialogu

IV.2) Kryteria udzielenia zamówienia

IV.2.1) Kryteria udzielenia zamówienia

Najniższa cena

IV.2.2) Informacje na temat aukcji elektronicznej

Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

IV.3) Informacje administracyjne

IV.3.1) Numer referencyjny nadany sprawie przez instytucję zamawiającą: WSZ-NZ-53/2014

IV.3.2) Poprzednie publikacje dotyczące tego samego zamówienia nie

IV.3.3) Warunki otrzymania specyfikacji, dokumentów dodatkowych lub dokumentu opisowego Dokumenty odpłatne: nie

IV.3.4) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 3.12.2014 - 10:00

IV.3.5) Data wysłania zaproszeń do składania ofert lub do udziału zakwalifikowanym kandydatom

IV.3.6) Języki, w których można sporządzać oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu polski.

IV.3.7) Minimalny okres, w którym oferent będzie związany ofertą w dniach: 60 (od ustalonej daty składania ofert)

IV.3.8) Warunki otwarcia ofert

Data: 3.12.2014 - 11:00

Miejscowość:

Konin

Osoby upoważnione do obecności podczas otwarcia ofert: nie

Sekcja VI: Informacje uzupełniające

VI.1) Informacje o powtarzającym się charakterze zamówienia

Jest to zamówienie o charakterze powtarzającym się: nie

VI.2) Informacje o funduszach Unii Europejskiej

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

VI.3) Informacje dodatkowe

VI.4) Procedury odwoławcze

VI.4.1) Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze

Prezes Krajowej Izby Odwoławczej
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
POLSKA
E-mail: uzp@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587702
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>
Faks: +48 224587700

VI.4.2) Składanie odwołań

Dokładne informacje na temat terminów składania odwołań: Szczegółowe przepisy dotyczące środków ochrony prawnej zawarte są w art. 179-198g ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami).

VI.4.3) Źródło, gdzie można uzyskać informacje na temat składania odwołań

Departament Odwołań Urzędu Zamówień Publicznych
ul. Postępu 17 a
02-676 Warszawa
E-mail: odwolania@uzp.gov.pl
Tel.: +48 224587801
Adres internetowy: <http://www.uzp.gov.pl>
Faks: +48 224587700

VI.5) Data wysłania niniejszego ogłoszenia:

17.10.2014