

WSZ-EP-28/500/2015

Konin, dnia 0.9.LIP.. 2015...

Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do SIWZ stanowiące modyfikację SIWZ

Dotyczy przetargu nieograniczonego poniżej 207 000 euro na dostawę jednorazowej bielizny operacyjnej, akcesoriów sterylnych i wyrobów higienicznych dla potrzeb Wojewódzkiego Szpitala Zespólnego w Koninie (nr sprawy: WSZ-EP-28/2015)

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika postępowania przetargowego zapytaniami dotyczącymi SIWZ, niniejszym na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29.01.2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zmianami), uprzejmie wyjaśniamy:

Pakiet 11 poz.4

Prosimy Zamawiającego o wprowadzenie tolerancji w rozmiarze serwety do repozycjonowania pacjenta +/-2cm.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza powyższe rozwiązanie.

Pakiet 11 poz.4

Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy nie nastąpiła omyłka pisarska w podaniu jednostki chłonności, która powinna wynosić min. 35ml/100cm².

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje zapis § 3 punkt 1 SIWZ dotyczący pakietu numer 11 pozycja 4, w następujący sposób:

Jest:

4	<p>Zestaw składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> -jednorazowego, pięciowarstwowego, przeciwoleżynowego podkładu ochronnego na stół operacyjny, pozostający suchy, po zaabsorbowaniu płynu, powierzchnia pikowana, warstwa zewnętrzna trwale związana z rdzeniem chłonnym, wykonana z włókniny polipropylenowej, absorpcyjna warstwa środkowa, wysoko chłonna zamknięta w powłoce celulozowej, chłonność min. <u>35 ml/ 10cm²</u>, w rozmiarze min. 102 x 229 cm, warstwa spodnia pełnobarierowa wykonana z 3-warstwowej folii polietylenowej. - serweta do repozycjonowania pacjenta 100x150cm- 1szt. <p>Całość zapakowana w foliową torbę.</p>	50
---	--	----

Powinno być:

4	<p>Zestaw składający się z:</p> <ul style="list-style-type: none"> -jednorazowego, pięciowarstwowego, przeciwoleżynowego podkładu ochronnego na stół operacyjny, pozostający suchy, po zaabsorbowaniu płynu, powierzchnia pikowana, warstwa zewnętrzna trwale związana z rdzeniem chłonnym, wykonana z włókniny polipropylenowej, absorpcyjna warstwa środkowa, wysoko chłonna zamknięta w powłoce celulozowej, chłonność min. <u>35 ml/ 100 cm²</u>, w rozmiarze min. 102 x 229 cm, warstwa spodnia pełnobarierowa wykonana z 3-warstwowej folii polietylenowej. - serweta do repozycjonowania pacjenta 100x150cm- 1szt. <p>Całość zapakowana w foliową torbę.</p>	50
---	--	----

Sperządziła: R. Janik

Z. ca Dyrektora
ds. Ekonomiczno-Finansowych

Tomasz Ciesielski