

WSZ-EP-5/ZO/ 228/ 2017

Konin, 13 lutego 2017 r.

Wg rozdzielnika

Dotyczy zapytania ofertowego nr WSZ-EP-5/ZO/2017 na dostawę odczynników do badań immunologicznych wraz dzierżawą aparatu dla WSZ w Koninie

W związku ze zgłoszonymi przez uczestnika pytaniami do zapytania ofertowego uprzejmie wyjaśniamy:

1. Czy Zamawiający pozwoli na modyfikację Tabeli i dodanie wiersza do wpisania usługi serwisowej przeglądu rocznego oferowanego analizatora?

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

2. Jeśli odpowiedź na poprzednie pytanie jest negatywna to czy Zamawiający pozwoli na modyfikację Tabeli i dodanie czterech wierszy zawierających części zużywalne i ich wycenę? Części te wymieniane są podczas rocznego przeglądu rutynowego.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację.

3. Dotyczy Pakietu nr 2 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na następujące terminy ważności:
- min. 4- 7 miesięcy od daty dostawy do Zamawiającego?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na powyższy termin ważności.

4. Dotyczy Załącznika nr 3 – Projekt umowy

Czy Zamawiający zaakceptuje treść załączonego i poprawionego projektu umowy?

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na poniższe zmiany w umowie:

- **w § 2 pkt. 2** Należność za wykonanie części przedmiotu umowy w rozumieniu § 3 ust. 2 niniejszej umowy Zamawiający ureguluje każdorazowo przelewem na konto Wykonawcy podane na fakturze w terminie **do 60 dni** od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo sporządzonej faktury .

Wykonawca zobowiązany jest do wpisania na wystawionej fakturze numeru obowiązującej umowy lub numeru zamówienia. Za dzień zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- **w § 4 pkt. 3** Wykonawca zobowiązuje się dostarczać towar wolny od wad. W razie dostarczenia towaru wadliwego, Wykonawca zobowiązuje się do wymienienia go na wolny od wad w ciągu 7 dni roboczych od złożenia reklamacji w formie pisemnej, również za pośrednictwem faksu.

-
- w § 4 pkt. 4 Wykonawca gwarantuje rozpoczęcie naprawy w terminie nie dłuższym niż 72odz. w dni robocze od otrzymania zgłoszenia awarii.
 - ✓ W przypadku awarii trwającej powyżej 5 dni roboczych Wykonawca dostarczy aparat zastępczy o takich samych parametrach.

Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany w § 6 projektu umowy.

Z poważaniem

Naczelna Pielęgniarka



mgr Maria Wróbel

Sporządziła B.Szafrańska